

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Trattativa privata con confronto concorrenziale, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di n. 2 cappe chiuse da pavimento per istologia, idonee alla lavorazione di campionamento di pezzi operatori a fresco e fissati in formalina, con sistema di acquisizione immagini macro integrato, per U.O. di Anatomia Patologica Trento, con opzione per l'acquisto dell'interfacciamento con i sistemi informativi aziendali ed estensione della garanzia

IA 22048132

Rep. 5038

del 23.03.18

CIG 7122767545

VERBALE N. 1/3

In data 29 novembre 2017, ad ore 8.00, presso gli uffici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, si riunisce la commissione giudicatrice della gara in oggetto. Sono presenti i componenti individuati con determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti n. 1506/2017 di data 7.11.2017, nelle persone di:

- dott. **Dvornik Gojsalic Gordan** - Dirigente Medico dell'U.O. Anatomia Patologica dell'Ospedale di Trento - **PRESIDENTE**;
- sig. **Pedrotti Stefano** - Tecnico Prevenzione Ambienti di Lavoro - Servizio Prevenzione e Protezione - Struttura del Medico Competente - **COMPONENTE**;
- ing. **Walter Mattei** - Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Ingegneria Clinica dell'A.P.S.S. - **COMPONENTE**;

Il Presidente dà indicazione delle fasi di lavoro di competenza della Commissione, dà lettura della lettera d'invito e illustra i parametri di valutazione della qualità secondo quanto individuato nella lettera stessa.

	<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
OFFERTA TECNICA	CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE come di seguito dettagliate	60
OFFERTA ECONOMICA	PREZZO PIU' CONVENIENTE calcolato sulla base della formula di seguito dettagliata	40
	<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	100

CIG 7122767545 - VERBALE N. 1/3

I criteri per l'assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica sono stati così suddivisi:

A – Caratteristiche costruttive	
Qualità dei materiali e delle finiture, caratteristiche ed ergonomia del vetro a saliscendi frontale	Max 4 punti
Comodità di accesso alla cappa, ergonomia della postazione di lavoro, caratteristiche ed ergonomia del pannello di controllo	Max 6 punti
TOTALE	Max 10 Punti

B – Caratteristiche del vano di lavoro	
Qualità dei materiali e delle finiture del piano di lavoro e suoi accessori	Max 2 punti
Caratteristiche delle componenti del piano (lavelli, rubinetti, miscelatori, segmenti rimovibili, ...) e loro disposizione nello spazio del piano	Max 4 punti
Volume utile del vano di lavoro	Max 4 punti
TOTALE	Max 10 punti

C - Caratteristiche Sistemi di Sicurezza	
Caratteristiche sistemi/procedure adottati per la riduzione del rischio chimico e biologico, per la gestione della formalina, descrizione dei sistemi di filtraggio	max 12 punti
Caratteristiche del progetto di installazione, in relazione ai vincoli specifici dei locali, correlate alle prestazioni della cappa (velocità fronte cappa, descrizione dei flussi, ...)	max 8 punti
TOTALE	Max 20 punti

D - Caratteristiche Sistema Acquisizione Immagini	
Qualità dell'immagine acquisita (fotocamera e sistema ottico)	max 7 punti
Praticità e velocità del sistema di acquisizione e gestione	max 6 punti
Strumenti (standard, protocolli, ...) per l'interfacciamento con l'ambiente di lavoro Armonia Deadalus	max 2 punti
TOTALE	Max 15 punti




CIG 7122767545 - VERBALE N. 1/3

E - Caratteristiche dei servizi post-vendita	
Caratteristiche dei servizi offerti nel periodo di garanzia e post garanzia	max 3punti
Caratteristiche dell'organizzazione dei servizi post vendita (struttura, sede del centro di assistenza tecnica, numero di tecnici qualificati,...)	max 2 punti
TOTALE	Max 5 punti

La Commissione Giudicatrice prende visione della documentazione tecnica dando lettura delle caratteristiche dell'unica offerta pervenuta:

- **DiaPath S.p.A:** – Cappa aspirante marca “**DiaPath S.p.A**” modello “**Zefiro 180**” completa di sistema di acquisizione immagini, modello “**DIGIpath ULTRA touch screen**”.

Il presidente dà mandato alla sig.ra Daniela Fontana - Servizio Gestione Acquisti e Contratti - di convocare l'operatore economico per la dimostrazione pratica del sistema offerto.

I lavori della Commissione vengono sospesi alle ore 13,00.

Trento, 09 marzo 2018

dott. **Dvornik Gojsalic Gordan**




sig. **Pedrotti Stefano****ASSENTE**.....

ing. **Walter Mattei**



ing. **Giancarlo Murer** *

- PER PRESA VISIONE -



*: in sostituzione del sig. Pedrotti Stefano, come da determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti n.275/2018 di data 28 febbraio 2018.

