

**Trattativa privata con confronto concorrenziale, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di letti degenza pediatrici elettrici allungabili per l'U.O. di Pediatria dell'Ospedale Santa Chiara di Trento.**

**VERBALE N. 1 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

ID N. *92185448*      REP. N. *A2420*      DEL *17.07.18*

In data 16.07.2018 ad ore 09.30 negli uffici del Servizio Acquisti e Gestione Contratti di A.P.S.S., si riunisce la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto. Sono presenti i componenti individuati con determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti n. 913/2018 del 13.07.2018, nelle persone di:

- dott.ssa Michela Fedrizzi – Dirigente medico U.O. di Pediatria Trento – **PRESIDENTE**
- dott. Massimiliano Perricelli – Coordinatore Infermieristico U.O. di Pediatria Trento – **COMPONENTE**
- ing. Diego Quaglia – collaboratore tecnico-professionale del Servizio Ingegneria Clinica – **COMPONENTE**

le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da Dr Massimiliano Perricelli

Il Presidente dà indicazione delle fasi di lavoro di competenza della Commissione, dà lettura delle disposizione della lettera d'invito e illustra i parametri di valutazione della qualità secondo quanto individuato nella lettera stessa.

	<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
<b>OFFERTA TECNICA</b>	CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE come di seguito dettagliate	<i>70</i>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	PREZZO PIU' CONVENIENTE calcolato sulla base della formula di seguito dettagliata	<i>30</i>
	<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	<i>100</i>

  



I criteri per l'assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica sono stati così suddivisi:

#### A. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche costruttive (vedi scheda tecnica)	Max 11 punti
Soluzioni costruttive in sintonia con l'età pediatrica	Max 11 punti
Ergonomia e praticità d'uso (manovrabilità, accessibilità al paziente, ...)	Max 11 punti
Soluzioni per la sicurezza del paziente	Max 12 punti
Destinazione d'uso (restrizioni, limiti, ...)	Max 10 punti
Facilità di sanificazione	Max 10 punti
TOTALE	MAX 65 PUNTI

#### B. Caratteristiche manutenzione

Organizzazione e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia	Max 2 punti
Necessità di manutenzione preventiva e operatore	Max 3 punti
TOTALE	MAX 5 PUNTI

La Commissione Giudicatrice prende visione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti (Malvestio SpA e Favero Health Projects SpA).

Prima dell'attribuzione dei punteggi viene verificato che siano rispettate le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico-amministrativo.

Rispetto all'attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche tecniche, la Commissione ha valutato le proposte come segue:

- regolazione della lunghezza del letto di 40 cm di Malvestio SpA e di 28 cm di Favero SpA (caratteristica costruttiva);
- sponda laterale a due segmenti indipendenti di Malvestio SpA e sponda unica di Favero SpA (caratteristica costruttiva e sicurezza del paziente);
- larghezza delle traverse delle sponde ottimali di Malvestio SpA e discrete di Favero SpA (caratteristica costruttiva e sicurezza del paziente);
- presenza di bloccaggio direzionale di una sola ruota per favorire gli spostamenti lungo i corridoi di Malvestio SpA (Ergonomia e praticità d'uso (manovrabilità, accessibilità al paziente, ...));
- presenza di un sistema di allarme acustico di segnalazione in caso di allacciamento alla presa elettrica e ruote non frenate di Malvestio SpA (Ergonomia e praticità d'uso (manovrabilità, accessibilità al paziente, ...));
- asta flebo telescopica a 4 ganci di Malvestio SpA e 2 ganci di Favero SpA (Destinazione d'uso (restrizioni, limiti, ...));
- sponde in materiale plastico per Malvestio SpA e materiale plastico/metallico per Favero SpA (Soluzioni per la sicurezza del paziente);
- colori ed estetica in ottima sintonia per età pediatrica di Malvestio SpA (Soluzioni costruttive in sintonia con l'età pediatrica);

- verniciatura letti di Favero SpA garantita fino a 6 anni (Caratteristiche costruttive (vedi scheda tecnica));
- Facilità di sanificazione ottimale per entrambi i prodotti.

Per quanto concerne le caratteristiche di manutenzione si evidenzia:

- servizio reperibilità telefonica 24h/die tutto l'anno (compreso sabato e festivi) con cellulare di Malvestio SpA e servizio con segreteria 24h/die tutto l'anno negli orari di chiusura della ditta di Favero SpA (Organizzazione e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia) ;
- fornitura di letto sostitutivo se la riparazione dovesse richiedere più di 48 ore o riparazione in sede di Malvestio SpA, non specificato da parte di Favero SpA (Organizzazione e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia) ;
- manutenzione preventiva specificata una volta all'anno di Malvestio SpA, e definizione al momento del collaudo di Favero SpA (Necessità di manutenzione preventiva e operatore).

Si allega la tabella con i singoli punteggi attribuiti.

La seduta si conclude alle ore 15.00.

dott.ssa Michela Fedrizzi .....

dott. Massimiliano Perricelli .....

ing. Diego Quaglia .....

Trento, 16 luglio 2018



CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	ditta Malvestio SpA			ditta Favero Health Projects SpA						
		1	2	3	MEDIA COEFF.	Punteggio	1	2	3	MEDIA COEFF.	Punteggio
<b>A. Caratteristiche tecniche</b>											
A.1 - Caratteristiche costruttive (vedi scheda tecnica)	11	0,9	1	1	0,97	11,00	0,8	0,7	0,7	0,73	8,34
A.2 - Soluzioni costruttive in sintonia con l'età pediatrica	11	0,9	1	1	0,97	11,00	0,6	0,6	0,6	0,60	6,83
A.3 - Ergonomia e praticità d'uso (manovrabilità, accessibilità al paziente, ...)	11	0,9	1	1	0,97	11,00	0,8	0,8	0,7	0,77	8,72
A.4 - Soluzioni per la sicurezza del paziente	12	1	0,9	0,9	0,93	12,00	0,8	0,7	0,7	0,73	9,43
A.5 - Destinazione d'uso (restrizioni, limiti, ...)	10	1	1	1	1,00	10,00	1	0,9	0,9	0,93	9,33
A.6 - Facilità di sanificazione	10	1	1	1	1,00	10,00	1	1	1	1,00	10,00
<b>B. Caratteristiche manutenzione</b>											
B.1 - Organizzazione e caratteristiche del servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia	2	1	1	1	1,00	2,00	0,8	0,8	0,6	0,73	1,47
B.2 - Necessità di manutenzione preventiva e operatore	3	0,9	0,9	1	0,93	3,00	0,8	0,8	0,7	0,77	2,46
					totale punteggio						56,59
					punteggio massimo attribuibile						70
					punteggio riparametrato						56,589409

*F. Fedin*  
*(by byh*  
*Favero)*

