Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Trattativa privata con confronto concorrenziale, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, suddivisa in due lotti, per la fornitura di arredi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi e letti per l'Ospedale Territoriale del nuovo Presidio Sanitario di Mezzolombardo e per il Polo Universitario (CIG 74601148D1)

VERBALE N. 1 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE AL LOTTO 2

ID N. 90506549 **REP. N.** 9749 **DEL** 31.05.2018

In data 29.05.2018 ad ore 08.30 presso gli uffici del Servizio Acquisti e Gestione Contratti di A.P.S.S., si riunisce la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto. Sono presenti i componenti individuati con determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti n. 662/2018 del 28.05.2018, nelle persone di:

- dott. Rudi Coser – Coordinatore Area Degenze – Ospedale Riabilitativo Villa Rosa – **PRESIDENTE;**
- inf. Maria Pia Pedrini – Infermiera Cure Domiciliari Trento – **COMPONENTE;**
- ing. Filippo Rigotti – Tecnico della Prevenzione presso il Servizio Attuazione Pianificazione e Manutenzione Immobili – **COMPONENTE**

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla sig.ra Daniela Fontana.

Il Presidente dà indicazione delle fasi di lavoro di competenza della Commissione, dà lettura delle disposizione della lettera d'invito e illustra i parametri di valutazione della qualità secondo quanto individuato nella lettera stessa.

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	*PUNTEGGIO MASSIMO*
OFFERTA TECNICA	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI come di seguito dettagliate	*70*
OFFERTA ECONOMICA	PREZZO PIU' CONVENIENTE calcolato sulla base della formula di seguito dettagliata	*30*
	TOTALE COMPLESSIVO	*100*

I criteri per l'assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica sono stati così suddivisi:

LOTTO 2: arredi e letti degenza per l'Ospedale Territoriale del nuovo Presidio Sanitario di Mezzolombardo e per il Polo universitario.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE
Caratteristiche arredi	P1: max 16 punti
Caratteristiche letti	P2: max 46 punti
Caratteristiche dell'Impresa	P3: max 8 punti

Criteri per l'assegnazione dei punteggi:

A Caratteristiche arredi

CARATTERISTICHE VALUTATE	PUNTEGGI	MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTI
Gamma colori	2	Tabellare ➢ Fino 5 colori (0 punti) ➢ Oltre (2 punti)
Zoccolo armadio	2	On/Off ➢ Senza (0 punti) ➢ Con (2 punti)
Ampiezza dell'angolo di apertura dell'anta dell'armadio	5	Tabellare ➢ da 110° fino a 150 ° compreso (2 punti) ➢ Oltre 150° fino a 180° compreso (5 punti)
Sistema di chiusura dell'anta di armadio e comodino (sarà attribuito in base alla disponibilità di un meccanismo integrato per ammortizzare il movimento di chiusura dell'anta)	4	On/Off ➢ Senza (0 punti) ➢ Con meccanismo integrato solo per armadio (2 punti) ➢ Con meccanismo integrato per armadio e comodino (4 punti)
Certificazione FSC, PEFC o equivalente che garantisca che tutte le parti costituite di legno o in materiale a base di legno degli arredi offerti provengano da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o siano costituiti da legno riciclato	3	On/Off ➢ Senza (0 punti) ➢ Con (3 punti)

B Caratteristiche letti

CARATTERISTICHE VALUTATE	PUNTEGGI	MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTI

Escursione del letto (Altezza variabile in cm – il punteggio massimo viene assegnato all'altezza variabile con maggiore escursione e a decrescere per proposte con valori di escursione minori)	9	Lineare da 0 a 9 punti massimi NB: alle offerte che propongano il range di variabilità previsto come requisito minimo di Capitolato è attribuito il punteggio di zero.
Angolo di inclinazione movimento trendelenburg (con angoli superiori a 12°)	7	Tabellare ➢ oltre 12° fino a 13° compreso (2 punti) ➢ oltre 13° fino a 14° compreso (4 punti) ➢ oltre 14° fino a 16° compreso (5 punti) ➢ oltre 16° (7 punti)
Angolo di inclinazione movimento anti-trendelenburg (con angoli superiori a 12°)	7	Tabellare ➢ oltre 12° fino a 13° compreso (2 punti) ➢ oltre 13° fino a 14° compreso (4 punti) ➢ oltre 14° fino a 16° compreso (5 punti) ➢ oltre 16° (7 punti)
Angolo di inclinazione sezione schienale	7	Tabellare ➢ fino a 15° compreso (2 punti) ➢ oltre 15°fino a 20° compreso (3 punti) ➢ oltre 20 ° fino a 25°compreso (5 punti) ➢ oltre 25° fino a 30° e oltre (7 punti)
Angolo di inclinazione sezione femorale	7	Tabellare ➢ fino a 24°compreso (2 punti) ➢ oltre 24° fino a 27° compreso (3 punti) ➢ oltre 27° fino a 29° compreso (5 punti) ➢ oltre 29° (7 punti)
Allungaletto integrato	2	On/off Senza allungaletto (0 punti) Con allungaletto (2 punti)
Protezione elettrica	3	Tabellare ➢ IP45 (1 punti) ➢ IP46 (3 punti)
Pulsantiera con consolle di comando delle	4	On/off

movimentazioni ad uso esclusivo del personale specializzato con inibizione dei comandi della pulsantiera secondaria di utilizzo del paziente		Senza (0 punti) Con consolle comando (4 punti)

C Caratteristiche dell'Impresa

CAM – verranno valutate positivamente tutte le ditte operanti nel rispetto dei criteri ambientali minimi (possesso ISO 14001, certificazioni ambientali)	8	On/off ➢ Senza certificazioni (0 punti) ➢ Con certificazioni (8 punti)

La Commissione Giudicatrice prende visione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti (Favero Health Projects S.p.A., Givas S.r.l., Hill-Rom S.p.A., Linet Italia S.r.l. e Malvestio S.p.A.).

Prima dell'attribuzione dei punteggi viene verificato che siano rispettate le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico-amministrativo; una volta conclusa la verifica evidenzia quanto segue.

Caratteristiche arredi

- *gamma colori*: a tutte le ditte viene attribuito il massimo punteggio in quanto tutte offrono una vasta gamma di colori
- *zoccolo*: a tutte le ditte viene attribuito il massimo punteggio in quanto tutte offrono lo zoccolo
- *angolo di apertura*: a tutte le ditte viene attribuito il massimo punteggio in quanto le ante, sia dei comodini che degli armadi, hanno un angolo di apertura maggiore di 150°
- *sistema di chiusura*: tutte le ditte offrono, sia per i comodini che per gli armadi, il sistema di chiusura ammortizzato
- *certificazione FSC, PEFC o equivalente*: vengono attribuiti tre punti alle ditte Favero Health Projects S.p.A., Givas S.r.l., Hill-Rom S.p.A. e Linet Italia S.r.l. mentre alla ditta Malvestio S.p.A. non viene attribuito nessun punteggio in quanto non presenta le certificazioni che garantiscono che tutte le parti costituite di legno o in materiale a base di legno degli arredi offerti provengano da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o siano costituiti da legno riciclato

Caratteristiche letti

- *Escursione del letto*: la ditta Favero Health Projects S.p.A. offre un letto con escursione da 360mm a 800mm (440mm), la ditta Givas S.r.l. propone un letto con escursione da 400mm a 835mm (435mm), la Hill-Rom S.p.A. offre un letto con escursione da 389mm a 768mm (379mm), il letto offerto dalla ditta Linet Italia S.r.l. presenta un escursione da 395mm a 775 mm (380mm) e la Malvestio S.p.A. offre un letto con escursione da 400mm a 800mm (400mm)

- *Angolo di inclinazione movimento trendelenburg*: la ditta Favero Health Projects S.p.A. propone un letto con angolo di inclinazione del movimento trendelemburg di 15° mentre tutte le altre ditte offrono un letto con angolo di inclinazione del movimento trendelemburg di 17°

- *Angolo di inclinazione movimento anti-trendelenburg:* tutte le ditte offrono un letto con un angolo di inclinazione superiore a 16°

- *Angolo di inclinazione sezione schienale:* tutte le ditte offrono un letto con un angolo di inclinazione superiore a 30°

- *Angolo di inclinazione sezione femorale:* : la ditta Favero Health Projects S.p.A. offre un letto con inclinazione della sezione femorale pari al 25°; la ditta Givas S.r.l. propone un letto con inclinazione della sezione femorale pari a 30°; la Hill-Rom S.p.A. offre un letto con inclinazione della sezione femorale pari a 28°; il letto offerto dalla ditta Linet Italia S.r.l. presenta un inclinazione della sezione femorale pari a 32° e la Malvestio S.p.A. offre un letto con inclinazione femorale pari a 35°

- *Allungaletto integrato:* tutte le ditte offrono l'allungaletto integrato

- *Protezione elettrica:* Favero Health Projects S.p.A., Givas S.r.l., Linet Italia S.r.l. e Malvestio S.p.A. offrono una protezione elettrica pari a IP66; la ditta Hill-Rom S.p.A. offre la protezione elettrica pari a IP44

- *Pulsantiera*: tutte le ditte offrono la pulsantiera ad uso esclusivo del personale

Tutte le ditte operano nel rispetto dei criteri ambientali minimi (possesso ISO 14001, certificazioni ambientali) e pertanto viene attribuito il massimo punteggio.

Si allega la tabella con i punteggi attribuiti.

La seduta si conclude alle ore 11.15.

dott. Rudi Coser .....

inf. Maria Pia Pedrini .....

ing. Filippo Rigotti .....

sig.ra Daniela Fontana .....

Trento, 29 maggio 2018

Lotto 2

A - caratteristiche arredi

	FAVERO	GIVAS	HILL ROM	LINET	MALVESTIO
Gamma colori	2	2	2	2	2
Zoccolo	2	2	2	2	2
Angolo di apertura	5	5	5	5	5
Sistema di chiusura	4	4	4	4	4
Certificazione FSC, PEFC o equivalente	3	3	3	3	0

B - caratteristiche letti

	FAVERO	GIVAS	HILL ROM	LINET	MALVESTIO
Escursione letto	9,00	8,90	7,75	7,77	8,18
Trendelenburg	5	7	7	7	7
Anti-Trendelenburg	7	7	7	7	7
Angolo inclinazione schienale	7	7	7	7	7
Inclinazione femorale	3	7	5	7	7
Allungamento integrato	2	2	2	2	2
Protezione elettrica	3	3	0	3	3
Pulsantiera	4	4	4	4	4

C - caratteristiche dell'impresa

	FAVERO	GIVAS	HILL ROM	LINET	MALVESTIO
Criteri minimi ambientali	8	8	8	8	8
Somma	64,00	69,90	63,75	68,77	66,18