

Procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria (CIG 7519387A71).

**SECONDO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA
PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 95052480 del 05.10.18

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventinove (29) del mese di agosto alle ore quattordici (15) e minuti zero (00) presso la Sala Riunioni dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Rovereto, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla trattativa privata con confronto concorrenziale mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria.

Alla riunione sono presenti:

- dott. Giovanni Pedrotti – Direttore Medico presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Rovereto, in qualità di Presidente
- inf. Michela Galvagni – Coordinatrice Infermieristica presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Rovereto, in qualità di Componente;
- ing. Elena Rossi – Funzionario presso Servizio Ingegneria Clinica, in qualità di Componente e segretario verbalizzante;

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente, prima di dare avvio alla seduta odierna, procede alla lettura del verbale n.1 della seduta del 24 agosto 2018, che viene condiviso e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il Presidente prende atto che la documentazione tecnica viene resa disponibile, in formato elettronico, alla Commissione Tecnica dal segretario verbalizzante ing Elena Rossi, funzionario del Servizio Ingegneria Clinica.

Il Presidente dispone di procedere e di completare durante la seduta odierna la prima fase del piano di lavoro della Commissione Tecnica definito nel verbale della prima seduta ovvero:

1. Valutazione della documentazione fornita da ciascun concorrente per verificarne la completezza e la rispondenza ai requisiti tecnici;

La Commissione avvia quindi la verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici definiti nell'art. 2 del Capitolato e nelle schede tecniche allegate.

L'esame delle offerte tecniche dei concorrenti avviene in ordine alfabetico:

- **A.M.S. srl,**
- **Ge Medical Systems Italia spa,**
- **Nihon Kohden Italia srl,**
- **S.I.D.E.M. spa**
- **Waldner Tecnologie Medicali srl**

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **A.M.S. srl**. Dall'analisi della documentazione tecnica ricevuta il modello offerto risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria.

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **Ge Medical Systems Italia spa**. Durante la lettura dei documenti tecnici ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere il seguente chiarimento alla ditta concorrente:

- ❖ *“Il modello B450 è abilitato per la misura della frequenza respiratoria tramite gli elettrodi ECG (impedenza respiratoria) visto che nel manuale (capitolo 9) l'icona relativa al suddetto modello risulta in grigetto?”*

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **Nihon Kohden Italia srl**. Dall'analisi della documentazione tecnica ricevuta il modello offerto risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria.

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **S.I.D.E.M. spa**. Dall'analisi della documentazione tecnica ricevuta il modello offerto risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria.

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **Waldner Tecnologie Medicali srl**. Dall'analisi della documentazione tecnica ricevuta il modello offerto Vista 120S Nellcor model A+ risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione base. Invece il modello offerto Vista 120S Nellcor model C+ non risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria. Secondo il capitolato e le risposte ai chiarimenti richiesti dalle ditte infatti la richiesta del monitoraggio ECG a 12 derivazioni per i monitor pre-sala è da considerarsi di minima. Il modello offerto invece può effettuare solo ECG con massimo 5 elettrodi ovvero 7 derivazioni.

Visto che il Capitolato prevede la fornitura dei due modelli di monitor (configurazione base e configurazione per pre-sala) in un unico lotto, la Commissione Tecnica decide all'unanimità di escludere la ditta **Waldner Tecnologie Medicali srl** dalla successiva fase di attribuzione dei punteggi e riparametrizzazione delle offerte tecniche, nonché dalla gara in ottemperanza all'art 2 del Capitolato.

Tutte le altre ditte (A.M.S. srl, Ge Medical Systems Italia spa, Nihon Kohden Italia srl, S.I.D.E.M. spa), in attesa della ricezione delle risposte ai chiarimenti richiesti dalla Commissione Tecnica, vengono ammesse alla successiva fase di attribuzione dei punteggi.

Il Presidente dispone la trasmissione delle suddette richieste di chiarimento alla Sig.ra Daniela Fontana, funzionario del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, affinché invii tali richieste alla ditta concorrente.


Il Presidente dichiara sospesi i lavori della Commissione Tecnica in attesa della ricezione di tutti i chiarimenti richiesti durante la prima e la seconda seduta della Commissione Tecnica.

Completata la lettura delle offerte tecniche per verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici, alle ore 17:08 il Presidente dichiara chiusa la seconda seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà una volta ricevute le risposte a tutti i chiarimenti richiesti.


Letto, firmato e sottoscritto,

Rovereto, ^{03 ottobre} ~~settembre~~ 2018.

Il Presidente: dott. Giovanni Pedrotti



Il Componente: inf. Michela Galvagni



Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing Elena Rossi