

**Procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria (CIG 7519387A71)**

**VERBALE SEDUTA DI GARA PUBBLICA**

ID N. 954/15556

REP. N. AO6/2018

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi 79 - Trento - è fissata la seduta pubblica di apertura buste delle ditte invitate alla trattativa privata con confronto concorrenziale, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria.

Sono presenti:

- dott. Luciano Bocchi, Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari;
- dott.ssa Giordana Duro Coroni, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Mercato Elettronico - testimone;
- sig.ra Daniela Fontana, assistente amministrativo presso l'Ufficio Programmazione e Mercato Elettronico - testimone (verbalizzante).

Premesso che:

- con nota n. 4214 del 12.03.2018 il Dirigente del Servizio Ingegneria Clinica ha chiesto di attivare una procedura per l'acquisto di monitor multiparametrici in configurazione base e monitor multiparametrici in configurazione per pre-sala operatoria;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari n. 762/2018 del 14.06.2018 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha indetto la trattativa privata per la fornitura di monitor multiparametrici;
- il criterio stabilito per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 28.06.2018 è stata pubblicata la Rdo 1995958, stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il giorno 11.07.2018, entro e non oltre le ore 12.00;
- sono state invitate le seguenti ditte:

- MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
- A.M.S. SRL - ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
- ATESMEDICA.COM SRL
- DRAEGER MEDICAL ITALIA
- ESAOTE S.P.A
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
- NIHON KOHDEN ITALIA
- PHILIPS S.p.A
- SIDEM
- WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO

- in data 11.07.2018 è stata data risposta ai quesiti pervenuti;
- alla data stabilita risultavano pervenute n. 5 (cinque) offerte (A.M.S. S.r.l., Ge Medical Systems Italia S.p.A., Nihon Kohden Italia S.r.l., S.I.D.E.M. S.p.A. e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.)
- in data 12.07.2018 si è svolta in seduta pubblica l'apertura telematica delle offerte pervenute nei termini, nell'ambito della quale è stata verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica (vedi verbale agli atti): tutte le ditte sono state ammesse alla fase successiva della trattativa;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari n. 1104/2018 di data 24.08.2018 si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte partecipanti alla gara;
- in data 24.08.2018, 29.08.2018 e 03.10.2018 la Commissione Giudicatrice ha verificato che le offerte presentate rispettassero le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico-amministrativo ed ha provveduto all'assegnazione del punteggio di qualità in base ai criteri stabiliti dalla lettera di invito allegata alla determinazione di indizione (cfr. verbali della Commissione agli atti).

Alle ore 11.41 si dichiara aperta la seduta pubblica per l'apertura telematica delle offerte economiche delle ditte partecipanti.

Si procede in via preliminare ad escludere l'offerta della ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. in aderenza a quanto disposto dalla Commissione Giudicatrice e di seguito riportato: *"Dall'analisi della documentazione tecnica ricevuta il modello offerto Vista 120S Nellcor model A+ risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione base. Invece il modello offerto Vista 120S Nellcor model C+ non risulta conforme alle schede tecniche dei monitor multiparametrici in configurazione per pre sala operatoria. Secondo il capitolato e le risposte ai chiarimenti richiesti dalle ditte infatti la richiesta del monitoraggio ECG a 12 derivazioni per i monitor pre sala è da considerarsi di minima. Il modello offerto invece può effettuare solo ECG con massimo 5 elettrodi ovvero 7 derivazioni."* Dell'esclusione e delle relative motivazioni viene data immediata comunicazione alla ditta tramite sistema Consip.

Si procede quindi con la lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice in relazione a quanto riportato nella lettera d'invito alle offerte rimaste in gara:

- A.M.S. S.r.l.: 57,90 punti ;
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.: 66,17 punti;

*JK*

*gde*

*MB*

- NIHON KOHDEN ITALIA S.r.l.: 64,38 punti;
- S.I.D.EM. S.p.A.: 57,57 punti.

Si precisa che i punteggi validi ai fini dell'aggiudicazione sono quelli attribuiti dalla Commissione Giudicatrice in esito alla prima riparametrazione; i punteggi attribuiti a seguito della seconda riparametrazione, pur indicati nei verbali della Commissione Giudicatrice, non rilevano, non essendo stata prevista dalla *lex specialis* tale seconda riparametrazione (si veda l'art. 5 "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" della lettera d'invito).

Si procede quindi con l'apertura delle offerte economiche delle ditte che hanno superato positivamente la fase di valutazione tecnica, rilevando quanto di seguito riportato:

- A.M.S. S.r.l.: importo complessivo offerto pari ad € 90.556,00.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge; prodotti offerti: MONITOR MULTIPARAMETRICO MINDRAY iPM-10 (cod. 9241B-PA00120) e MONITOR MULTIPARAMETRICO MINDRAY MOD. iPM-10 (cod. 9241B-PA00108);
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.: importo complessivo offerto pari ad € 136.276,00.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge; prodotti offerti: MONITOR GE MEDICAL SYSTEMS CARESCAPE B450 (cod. 2068491-001) e MONITOR GE MEDICAL SYSTEMS B105 (cod. 21999000-001);
- NIHON KOHDEN ITALIA S.r.l.: importo complessivo offerto pari ad € 111.468,08.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge; prodotti offerti: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULARE NIHON KOHDEN LIFE SCOPE TR (cod. BSM-6301) e MONITOR MULTIPARAMETRICO TRASPORTABILE NIHON KOHDEN MOD. VISMO (cod. PVM-2701K-NKSETA);
- S.I.D.EM. S.p.A.: importo complessivo offerto pari ad € 145.420,00.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge; prodotti offerti: MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX450 (cod. 866062) e MONITOR PHILIPS EFFICIA CM100 (cod. 866330).

Il sistema, attribuiti i punteggi prezzo ed effettuata per ciascuna offerta la somma del punteggio relativo alla qualità e del punteggio relativo al prezzo, ha restituito la seguente graduatoria:

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO	Concorrente escluso				
NIHON KOHDEN ITALIA	111468,08	0,00	64,38	24,37	88,75
A.M.S. SRL - ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE	90556,00	0,00	57,90	30,00	87,90
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	136276,00	0,00	66,17	19,94	86,11
SIDEM	145420,00	0,00	57,57	18,68	76,25

*[Handwritten signatures]*

Al termine delle operazioni viene quindi disposta l'aggiudicazione provvisoria della trattativa alla ditta NIHON KOHDEN ITALIA S.r.l. – Via Fratelli Bronzetti 28 – Bergamo e si procede con la verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 3, in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si procederà a richiedere alla ditta la presentazione delle giustificazioni relative all'offerta, che saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento. Terminato il procedimento di verifica, si procederà a convocazione di nuova seduta pubblica solamente qualora l'offerta della ditta dovesse risultare effettivamente anomala; in caso contrario, si procederà ad aggiudicare definitivamente la procedura nell'ambito del sistema e si darà comunicazione alle ditte partecipanti della disposta aggiudicazione.

La seduta si conclude alle ore 12.13.

dott. Luciano Bocchi .....

dott.ssa Giordana Duro Coroni .....

sig.ra Daniela Fontana (verbalizzante) .....

Trento, 12.10.2018