Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Trattativa privata con confronto concorrenziale, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di n. 1 microscopio ottico multitesta multiosservatore per studio e ricerca applicata alla valutazione collegiale di istotipo e biomarcatori su tessuti umani, per U.O. di Anatomia dell'Ospedale Santa Chiara di Trento (CIG Z6B20A6858)

VERBALE N. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE

ID N. 3347457 **REP. N.** 6621 **DEL** 12.04.18

In data 12.04.2018 ad ore 08.45 presso la sala riunioni del U.O. di Anatomia Patologica Trento, si riunisce la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto. Sono presenti i componenti individuati con determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti n. 276/2018 del 28.02.2018, nelle persone di:

- dott.ssa Mariella Bonzanini – Dirigente medico con incarico dirigenziale di struttura semplice "Responsabile Laboratorio di Citologia" U.O. di Anatomia Patologica Trento – **PRESIDENTE**
- dott. Nicola Libertà Decarli – Dirigente medico U.O. di Anatomia Patologica Trento – **COMPONENTE**
- dott. Luca Morelli – Dirigente medico U.O. di Anatomia Patologica Trento – **COMPONENTE**

le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla sig.ra Daniela Fontana.

In attesa dell'ultima visione del microscopio offerto dalla ditta Leica, il Presidente relaziona quanto emerso nelle precedenti visioni.

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.
La presentazione dello strumento è stata molto dettagliata, puntuale e professionale.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.
La presentazione dello strumento è stata dettagliata e puntuale. Un limite importante è risultata l'assenza di un visore in dotazione allo strumento.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.
La presentazione dello strumento è stata dettagliata, puntuale e professionale. Limite importante è risultato essere il video in dotazione eccessivamente grande rispetto all'utilizzo previsto dello strumento.

Alle ore 10.20 si dà inizio alla visione del microscopio LEICA MICROSYSTEMS.

Per la ditta si sono presentati i signori:

- sig. Antonio Boaretto – identificato tramite C.I. n. AT 7837360 rilasciata dal Comune di Albignasego (PD) e scadente il 12.08.2022;
- sig. Alessandro Cirelli – identificato tramite C.I. n. AU 4971008 rilasciata dal Comune di Mestrino e scadente il 02.07.2023.

La Commissione prende visione del sistema offerto dalla ditta LEICA MICROSYSTEMS ed esamina, con il supporto dello specialista di prodotto, le funzionalità dello stesso nonché la rispondenza a quando dichiarato in offerta.

La Commissione valuta la presentazione dello strumento molto dettagliata, puntuale e professionale. Un limite importante è risultata l'assenza un visore in dotazione allo strumento.

Vengono eseguite le prove sui seguenti campioni:
- campione biopsia colon con misurazione lamina collagena
- campione biopsia epatica al congelatore
- campione biopsia epatica al congelatore
- campione biopsia epatica con colorazione per ferro
- campione biopsia epatica colorazione Rosso Congo con polarizzatore
- campione linfonodo EE con misurazione dei nuclei
- campione linfonodo con MUM1
- campione linfonodo con PAX5 con conta cellule
- campione citologico pleurico PAP, EE, CK7, D240
- campione citologico TBNA PAP
- campione citologico bronco aspirato PAP
- campione citologico FNA tiroide PAP
- campione citologico FNA tiroide PAP

Vengono eseguite delle foto dei campioni e conservate agli atti.

Alla conclusione della prova, in riferimento a quanto appena visionato, la Commissione osserva quanto segue:

A Caratteristiche del microscopio

Qualità delle ottiche e del microscopio (obiettivi, oculari, illuminazione, stativo, ...)

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.: caratteristiche delle ottiche e del microscopio molto buone. Il polarizzatore è risultato discreto in quanto il colore del caso Rosso Congo positivo visionato era giallo anziché verde mela.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.: caratteristiche delle ottiche e del microscopio discrete
Il polarizzatore non è stato portato.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.: caratteristiche delle ottiche e del microscopio buone
Il polarizzatore è risultato non del tutto sufficiente.

Ditta LEICA MICROSYSTEMS: caratteristiche delle ottiche e del microscopio molto buone. Il polarizzatore è risultato molto buono.

Ergonomia delle postazioni di lavoro

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.: buona ergonomia della postazione di lavoro.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.: discreta ergonomia della postazione di lavoro.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.: buona ergonomia della postazione di lavoro.

Ditta LEICA MICROSYSTEMS: molto buona ergonomia della postazione di lavoro.

Modularità delle postazioni osservatore:

Per tutte le ditte la modularità delle postazioni osservatore è stata valutata buona dalla Commissione.

Ampiezza di campo degli oculari sulle postazioni osservatore

Per tutte le ditte l'ampiezza di campo degli oculari sulle postazioni osservatore è stata valutata buona dalla Commissione.

B Caratteristiche della tele/fotocamera

Qualità dell'immagine

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.: la qualità dell'immagine risulta eccellente.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.: la qualità dell'immagine risulta molta buona.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.: la qualità dell'immagine risulta molta buona.

Ditta LEICA MICROSYSTEMS: la qualità dell'immagine risulta molto buona.

Facilità d'uso

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.: la facilità d'uso dell'attrezzatura risulta ottima.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.: la facilità d'uso dell'attrezzatura risulta ottima.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.: la facilità d'uso dell'attrezzatura risulta ottima.

Ditta LEICA MICROSYSTEMS: la facilità d'uso dell'attrezzatura risulta ottima.

Uscite disponibili (specificare la risoluzione)

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.: le uscite disponibili sono risultate di risoluzione eccellente.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.: le uscite disponibili sono risultate di risoluzione molto buono.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.: le uscite disponibili sono risultate di risoluzione buona in quanto le immagini sul visore portato dalla ditta risultavano troppo "pixelate".

Ditta LEICA MICROSYSTEMS: le uscite disponibili sono risultate di ottima risoluzione.

C Caratteristiche gestione post-vendita

Caratteristiche della manutenzione periodica (operatore e preventiva)

Per tutte le ditte, La Commissione considera eccellenti le caratteristiche della manutenzione periodica perché prevedono corsi di formazione per gli utenti e una visita periodica all'anno.

Caratteristiche del centro di assistenza tecnica e dei servizi compresi nel contratto full-risk

Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A.: eccellente in quanto prevede un intervento su chiamata entro le otto ore e assistenza sette giorni su sette.

Ditta CARL ZEISS S.p.A.: distinto in quanto prevede un intervento su chiamata entro le quattordici ore lavorative con ripristino totale entro le trenta ore e assistenza cinque giorni su sette.

Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.L.: distinto in quanto prevede un intervento su chiamata entro le otto ore lavorative e assistenza cinque giorni su sette.

Ditta LEICA MICROSYSTEM: distinto in quanto prevede un intervento su chiamata entro le otto ore solari con chiamate illimitate di emergenza e scelta tra quatto possibili tipi di garanzia.

I punteggi attribuiti vengono riportati nella tabella allegata.

La seduta si conclude alle ore 12.20.

dott.ssa Mariella Bonzanini .....

dott. Nicola Libertà Decarli .....

dott. Luca Morelli .....

sig.ra Daniela Fontana .....

Trento, 12 aprile 2018

		NIKON					OLYMPUS					CARL ZEISS					LEICA				
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	coeff. Commiss.1	coeff. Commiss.2	coeff. Commiss.3	MEDIA COEFF.	Punteggio	coeff. Commiss.1	coeff. Commiss.2	coeff. Commiss.3	MEDIA COEFF.	Punteggio	coeff. Commiss.1	coeff. Commiss.2	coeff. Commiss.3	MEDIA COEFF.	Punteggio	coeff. Commiss.1	coeff. Commiss.2	coeff. Commiss.3	MEDIA COEFF.	Punteggio
A. Caratteristiche del microscopio		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
A.1 – qualità delle ottiche e del microscopio (obiettivi, oculari, illuminazione,..)	25	0,7	0,7	0,7	0,70	25,00	0,6	0,6	0,6	0,60	21,43	0,5	0,5	0,5	0,50	17,86	0,7	0,7	0,7	0,70	25,00
A.2 – ergonomia delle postazioni di lavoro	7	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	0,5	0,5	0,5	0,50	5,00	0,7	0,7	0,7	0,70	7,00
A.3 - modularità delle postazioni osservatore	6	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	0,6	0,6	0,6	0,60	7,00
A.4 – ampiezza di campo degli oculari sulle postazioni osservaotre	7	0,6	0,6	0,6	0,60	7,00	0,6	0,6	0,6	0,60	7,00	0,6	0,6	0,6	0,60	7,00	0,6	0,6	0,6	0,60	7,00
B. Caratteristiche della tele/fotocamera		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
B.1 – qualità dell'immagine	10	1	1	1	1,00	10,00	0,7	0,7	0,7	0,70	7,00	0,7	0,7	0,7	0,70	7,00	0,7	0,7	0,7	0,70	7,00
B.2 – facilità d'uso	6	0,9	0,9	0,9	0,90	6,00	0,9	0,9	0,9	0,90	6,00	0,9	0,9	0,9	0,90	6,00	0,9	0,9	0,9	0,90	6,00
B.3 - uscite disponibili (specificare la risoluzione	4	1	1	1	1,00	4,00	0,6	0,6	0,6	0,60	2,40	0,7	0,7	0,7	0,70	2,80	0,9	0,9	0,9	0,90	3,60
C. Caratteristiche gestione post-vendita		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
C.1 – caratterisitiche della manutenzione periodica (operatore e preventiva)	2	1	1	1	1,00	2,00	1	1	1	1,00	2,00	1	1	1	1,00	2,00	1	1	1	1,00	2,00
C.2 – caratteristiche del centro di assistenza tecnica e dei servizi compresi nel contratto full risk	3	1	1	1	1,00	3,00	0,8	0,8	0,8	0,80	2,40	0,8	0,8	0,8	0,80	2,40	0,8	0,8	0,8	0,80	2,40
					totale pun	69,00					60,23					56,06					67,00
					punteggio riparametrato																
	punteggio massimo attribuibile 70					70					61,10145					56,86957					67,97101