

**Procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione,
per la fornitura di un ecografo per il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria del Carmine
di Rovereto, con opzione di acquisto di ulteriori sonde e/o moduli software dedicati da
esercitarsi nei successivi 24 mesi (CIG 761135727F)**

**SETTIMO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 96919721 del 27.11.18

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventuno (21) del mese di novembre alle ore undici (11) e minuti trenta (30) presso la sala riunioni del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di un ecografo per il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, con opzione di acquisto di ulteriori sonde e/o moduli software dedicati da esercitarsi nei successivi 24 mesi (CIG 761135727F);

Alla riunione sono presenti:

- dott. Fabio Malalan – Dirigente Medico presso l'U.O. complessa di Medicina d'Urgenza e Pronto soccorso dell'Ospedale di Rovereto, in qualità di Presidente
- dott. Fausto Tilotta – Dirigente struttura semplice di ecografia presso il servizio di Radiologia dell'Ospedale di Rovereto, in qualità di Componente;
- ing. Elena Rossi – Funzionario presso Servizio Ingegneria Clinica, in qualità di Componente;

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente, prima di dare avvio alla seduta odierna, procede alla lettura del verbale n.05 della seduta del 20 novembre 2018, che viene condiviso e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il Presidente dà quindi inizio ai lavori e prende atto che la documentazione tecnica viene resa disponibile, in formato elettronico, alla Commissione Tecnica dal segretario verbalizzante ing Elena Rossi, funzionario del Servizio Ingegneria Clinica.

 ER


Il Presidente della Commissione dispone di procedere con l'attribuzione dei punteggi per la ditta HITACHI MEDICAL SYSTEM S.p.A. considerando l'esito della visione odierna dell'apparecchiatura offerta (verbale visione nr. 06).

La Commissione procede quindi alla valutazione dell'offerta considerando gli elementi di valutazione riportati nella Lettera d'Invito. Ciascun membro illustra le proprie motivazioni ed in seguito ad approfondita discussione, la Commissione condivide le osservazioni emerse. La Commissione assegna, all'unanimità, al concorrente HITACHI MEDICAL SYSTEM S.p.A. i coefficienti, riportando tali valori nella colonna "Coefficiente assegnato" e riportando nella colonna "Motivazioni" la relativa giustificazione, come risulta nel seguente prospetto di valutazione. Nella colonna "Punteggio" viene riportato l'esito della moltiplicazione del coefficiente per il punteggio massimo assegnabile al criterio come previsto nella lettera di invito.

		HITACHI MEDICAL SYSTEM S.p.A.			
CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	Motivazioni	Coefficiente assegnato	Punteggio
A. Caratteristiche tecniche del sistema					
<i>Caratteristiche HW/SW del sistema di processamento ed elaborazione del fascio ultrasonoro e caratteristiche tecniche dei trasduttori</i>		5	Il frame rate e le dimensioni delle memorie (RAM, Hard Disk,..) non sono dichiarati. Buoni la banda di frequenze ed il range dinamico ma lo zoom risulta ridotto (8x).	0,30	1,50
<i>Caratteristiche del sistema di visualizzazione e del monitor</i>		5	Buone le dimensioni del monitor	0,60	3,00
<i>Preset e calcoli automatici</i>		5	I moduli software di calcolo risultano conformi ai requisiti richiesti.	0,30	1,50
<i>Sistema di quick start e modalità standby</i>		5	Batteria tampone opzionale non inclusa in offerta.	0,30	1,50
B. Prova pratica					
<i>Valore diagnostico dell'imaging addominale</i>		10	Immagine addominale appena sufficiente	0,30	3,00
<i>Valore diagnostico dell'imaging vascolare</i>		10	Immagine vascolare non del tutto sufficiente	0,20	2,00
<i>Valore diagnostico dell'imaging delle parti molli</i>		6	Immagine delle parti molli appena sufficiente	0,30	1,80


 ER
 

		HITACHI MEDICAL SYSTEM S.p.A.			
CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	Motivazioni	Coefficiente assegnato	Punteggio
<i>Valore diagnostico dell'imaging cardiaco</i>		12	Mancano alcuni calcoli automatici nell'imaging cardiaco	0,30	3,60
<i>Semplicità d'uso complessiva, ergonomia (menu, preset, compattezza sonde, etc), rapidità di avvio/pronto all'uso</i>		6	Ergonomia e praticità d'uso sufficiente	0,30	1,80
TOTALE PRATICA					(soglia 13,2)
					12,20
C. Caratteristiche manutenzione					
<i>Completezza del programma di formazione (contenuti, impegno orario, centri di riferimento, ...)</i>		4	Il piano di formazione prevede solo un corso per personale sanitario con rilascio di attestato di partecipazione.	0,50	2,00
<i>Elementi migliorativi rispetto al disservizio massimo ammesso (rispetto alle caratteristiche minime del servizio di assistenza richiesta) e caratteristiche del servizio di manutenzione offerto (manutenzione preventiva, upgrade SW)</i>		2	Nessun elemento migliorativo rispetto al disservizio massimo ammesso. Il servizio di manutenzione non include gli aggiornamenti software. Le sonde sono incluse nella garanzia.	0,50	1,00
PUNTEGGIO TOTALE					Prova pratica non superata

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i punteggi finali attribuiti alle concorrenti:

OFFERTA TECNICA		CANON	HITACHI	PHILIPS	TECHOPS
<u>Punteggio massimo attribuibile: 70 punti</u>	Punteggi finali	44,10	Prova pratica non superata (punteggio inferiore a 13,2 punti)	60,50	Esclusa dalla gara (art 4 della Lettera d'Invito)

Il Presidente dispone la trasmissione degli atti e la riconsegna della documentazione tecnica elettronica alla Sig.ra Daniela Fontana, funzionario del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, per il proseguo delle operazioni di gara.





 ER


Alle ore 12:00 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione Tecnica.

Letto, firmato e sottoscritto,

Rovereto, 21/11/2018.

Il Presidente: dott. Fabio Malalan


Il Componente: dott. Fausto Tilotta


Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing Elena Rossi
