

Procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura in unico lotto per 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi (CIG 7723727D24)

**PRIMO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 100438450 del 3091 del 01.03.19

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari n. 1661/2018 del 19.12.2018 è stata indetta la procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per l'affidamento della fornitura in unico lotto di 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi;
- per l'affidamento della fornitura in oggetto è stata prevista un'aggiudicazione da determinare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la valutazione degli elementi indicati nella lettera di invito alla gara;
- in data 21.12.2018 è stata pubblicata su MePA la Rdo n. 2176894, stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il giorno 21.01.2019, entro e non oltre le ore 12.00;
- in data 21.01.2019 si è svolta in seduta pubblica l'apertura delle offerte pervenute nei termini (A.M.S. S.r.l., Bexen Cardio Italia e Nihon Kohden). Come risulta dal verbale della seduta, a seguito della verifica della documentazione amministrativa e tecnica, tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva della trattativa, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche;
- con determinazione n. 212/2019 di data 11/02/2019 del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico-Finanziari si è provveduto a nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte nella seguente composizione:



- dott. Giovanni Pedrotti – Direttore Medico presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto – PRESIDENTE;
- dott. Filippo Zilio – Medico presso U.O. Cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento – COMPONENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Tutto ciò premesso,

l’anno duemiladiciannove (2019) il giorno quattordici (14) del mese di febbraio alle ore quindici (15) e trenta (30) presso la Sala Bianca dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in via Degasperi 79, si è riunita la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura in unico lotto per 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi (CIG 7723727D24).

Alla seduta hanno preso parte:

- dott. Giovanni Pedrotti – Direttore Medico presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto – PRESIDENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Al fine di rispettare i termini assegnati alla Commissione, è stato concordato di riunirsi in assenza del dott. Filippo Zilio – Medico presso U.O. Cardiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento nella data concordata, impossibilitato a prendere parte alla stessa nella data sopra indicata, con l’obiettivo di effettuare mera attività istruttoria e rimandando alla successiva seduta in plenum ogni altra attività.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa, precisando che data l’assenza di uno dei componenti, ogni attività diversa dalla mera attività istruttoria sarà rimandata alla successiva seduta, e ne assume la presidenza.

Il Presidente prende atto che la documentazione tecnica viene resa disponibile, in formato elettronico, alla Commissione Tecnica dalla Sig.ra Daniela Fontana, funzionario del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Il Presidente dispone che le funzioni del segretario verbalizzate vengano svolte dall’ing. Simona Anzivino, collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica.

Il Presidente in seduta riservata, apre i lavori della Commissione precisando che oggetto di valutazione saranno le offerte tecniche presentate dai concorrenti, di seguito indicati in ordine alfabetico:

Ditta A.M.S. S.r.l.;
Ditta Bexen Cardio Italia;
Ditta Nihon Kohden.



Si procede innanzitutto all'esame degli atti di gara e in particolare della lettera d'invito, dei criteri di valutazione, del capitolato speciale d'appalto. Ciò prima di conoscere il contenuto delle offerte tecniche che saranno oggetto di valutazione.

Il Presidente comunica ai componenti della Commissione che a supporto della valutazione delle caratteristiche tecniche, la Commissione Giudicatrice potrà richiedere la visione e la prova dell'apparecchiatura (nella configurazione offerta) secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Commissione Giudicatrice.

Il Presidente ricorda ai componenti della Commissione la segretezza delle operazioni di valutazione e l'importanza di effettuare valutazioni oggettive, rimarcando il fatto che ogni proposta deve essere valutata come oggetto a se stante rispetto ai desiderata espressi nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara.

Gli elementi di valutazione e sub valutazione previsti sono di seguito riportati:

N.	Criteri di valutazione	Punteggio assegnabile
A	Caratteristiche tecniche e costruttive per l'apparecchiatura di base e per l'apparecchiatura avanzata	P1: max 30 punti
B	Caratteristiche funzionali e di ergonomia (apparecchiatura base e avanzata)	P2: max 35 punti
C	Caratteristiche manutenzione e formazione	P3: max 5 punti
	Totale	70

A) Caratteristiche tecniche e costruttive

Apparecchiatura base	
Dimensioni e peso	Max 3 punti
Caratteristiche del display (dimensioni, touch, definizione, ...)	Max 4 punti
Durata della batteria (numero scariche, tempo di utilizzo in monitoraggio, ...)	Max 4 punti
Monitoraggio ECG 12 derivazioni	Max 2 punti
Monitoraggio del respiro	Max 2 punti
Apparecchiatura avanzata	
Dimensioni e peso	Max 3 punti
Caratteristiche del display (dimensioni, touch, definizione, ...)	Max 4 punti
Durata della batteria (numero scariche, tempo di utilizzo in monitoraggio, ...)	Max 4 punti
Modalità EtCO2 (sidestream, ...)	Max 2 punti
Numero di canali di monitoraggio IBP (2 o più)	Max 2 punti
TOTALE	MAX 30 PUNTI

B) Caratteristiche funzionali e di ergonomia (apparecchiatura base e avanzata)

Intuitività e rapidità delle procedure di utilizzo del defibrillatore sia in modalità semiautomatica sia in modalità manuale	Max 10 punti
Facilità di passaggio e collegamento dal sistema a piastre rigide al	Max 5 punti

sistema a placche autoadesive monouso	
Presenza di sistemi di ausilio alle manovre di RCP	Max 3 punti
Interfaccia del sistema di monitoraggio (visibilità dei parametri, semplicità delle impostazioni, ...)	Max 12 punti
Caratteristiche del monitoraggio ECG (ST, aritmie, filtri, ...)	Max 2 punti
Caratteristiche della funzione di autotest	Max 3 punti
TOTALE	MAX 35 PUNTI

C) Caratteristiche manutenzione e formazione

Programma di formazione degli operatori	Max 2 punti
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia	Max 3 punti
TOTALE	MAX 5 PUNTI

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi avverrà con la seguente modalità: ciascun componente della Commissione giudicatrice valuta ogni offerta in relazione ad ogni singolo sub-criterio, assegnando ad essa un coefficiente variabile tra 0 e 1, secondo la seguente griglia:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
eccellente	1,00
ottimo	0,90
distinto	0,80
molto buono	0,70
buono	0,60
discreto	0,50
più che sufficiente	0,40
sufficiente	0,30
non del tutto sufficiente	0,20
insufficiente	0,10
non valutabile o assente	0,00


Dopo l'attribuzione dei coefficienti a ciascun sub-criterio di valutazione da parte dei singoli commissari, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti (coefficienti provvisori).

Si procede quindi all'assegnazione del punteggio, per ogni singolo sub-criterio di valutazione, moltiplicando i coefficienti definitivi ottenuti per il punteggio massimo assegnabile al sub-criterio considerato.

Il punteggio ai singoli criteri di valutazione (A B C), di cui alla tabella sopra riportata, viene attribuito attraverso la somma dei punteggi attribuiti a ciascun sub-criterio.

Il punteggio assegnato all'offerta tecnica viene calcolato mediante la somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione.

Le operazioni della Commissione Giudicatrice sono verbalizzate in apposito verbale nel quale vengono precisate anche le motivazioni del punteggio assegnato e delle eventuali inidoneità comportanti l'esclusione dalla gara.



Esaurita la valutazione degli atti di gara e riprese le modalità dell'espletamento delle attività di competenza, la Commissione può procedere all'esame della documentazione tecnica ricevuta.

Il Presidente dispone di organizzare il lavoro della Commissione Tecnica in due fasi distinte:

1. Valutazione della documentazione fornita da ciascun concorrente per verificarne la completezza e la rispondenza ai requisiti tecnici;
2. Attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche.

La Commissione procede quindi con la valutazione della documentazione fornita dai concorrenti per verificarne la completezza rispetto ai documenti richiesti nella Lettera d'Invito.


Completata la valutazione delle offerte tecniche per verificarne la completezza, il Presidente dispone che essa sia riportata durante la seduta successiva nella quale sarà effettuata anche la lettura e analisi delle offerte tecniche in modo che l'analisi stessa e l'eventuale formulazione di richiesta di chiarimenti sia condivisa in plenum dalla commissione.

Alle ore 17:30 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la prima seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà in data 28.02.2019 alle ore 14:30.

Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, 28 febbraio 2019.

Il Presidente: dott. Giovanni Pedrotti



Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing. Simona Anzivino