

Procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura in unico lotto per 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi (CIG 7723727D24)

**SECONDO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA
PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 101404371 del 26/03/19

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventotto (28) del mese di febbraio alle ore quattordici (14) e trenta (30) presso la Sala Riunioni della Medicina dell'Ospedale S. Chiara di Trento, si è riunita la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura in unico lotto per 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi (CIG 7723727D24).

Alla seduta hanno preso parte:

- dott. Giovanni Pedrotti – Direttore Medico presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto – PRESIDENTE;
- dott. Filippo Zilio – Medico presso U.O. Cardiologia dell'Ospedale Santa Chiara di Trento – COMPONENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente, prima di dare avvio alla seduta, comunica al dott. Zilio, impossibilitato a prendere parte alla prima seduta, che durante la stessa si è proceduto ad effettuare mera attività istruttoria al fine di rispettare i termini assegnati alla Commissione e, successivamente, procede alla lettura del verbale n.1 della seduta del 14 Febbraio 2019, che viene condiviso e sottoscritto dai componenti della Commissione che hanno preso parte alla prima seduta.

Il Presidente da quindi inizio ai lavori.



Dalla valutazione della documentazione fornita per verificarne la completezza rispetto ai documenti richiesti nella Lettera d'Invito, effettuata durante la prima seduta e riportata e condivisa con il dott. Zilio, quest'ultima risulta essere completa, regolare e conforme a quanto richiesto dalla lettera d'invito. La sola necessità emersa è quella di richiedere ad una concorrente il seguente chiarimento:

Chiarimento concorrente Bexen Cardio Italia:

“Le certificazioni ISO 13485 e ISO 9001 sono le ultime versioni in corso di validità?”

La commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti mantenendo l'ordine alfabetico stabilito nella precedente seduta al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici e alla lettura di tutti i chiarimenti pervenuti fino alla scadenza della presentazione delle offerte.

La commissione avvia quindi l'esame delle offerte tecniche dei concorrenti nel seguente ordine:

Ditta A.M.S. S.r.l.;
Ditta Bexen Cardio Italia.

Dall'esame della documentazione è emersa la necessità di richiedere alle concorrenti i seguenti chiarimenti:

Chiarimenti concorrente A.M.S. S.r.l.:

“In riferimento alla caratteristica “messaggi di assistenza visivi e vocali chiari e ben udibili, in lingua italiana” specificare se sono in lingua italiana”;

“In riferimento alla caratteristica “memorizzazione degli eventi critici su memoria interna o scheda rimovibile (in particolare ora, tracciati ECG, energia erogata, allarmi, con possibilità di esportazione dei dati e fornitura dell'eventuale interfaccia hardware e/o software necessaria)” specificare se vengono registrati ora, energia erogata, allarmi e se i kit SW proposti in fornitura (n. 3) sono utilizzabili su almeno 4 postazioni”;

“In riferimento alla caratteristica “conforme alle ultime linee guida sulla rianimazione polmonare ERC-AHA 2015 e aggiornabile nel caso di emissione di nuove linee guida” specificare se eventuali aggiornamenti saranno conformi alle linee guida”;

“In riferimento alla caratteristica “ciascuna apparecchiatura dovrà essere dotata di: piastre rigide adatte a pazienti adulti e pediatriche, almeno due coppie di elettrodi monouso adesivi per pazienti adulti e pediatriche, due cavi multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi, cavi ECG per 3 derivazioni e per 12 derivazioni”, specificare se per “kit per piastre adesive monouso adulti cod. 0651-30-77115” si intende il cavo multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi, sia adulto che pediatrico”.

Chiarimenti concorrente Ditta Bexen Cardio Italia;

“In riferimento alla caratteristica “ciascuna apparecchiatura dovrà essere dotata di: piastre rigide adatte a pazienti adulti e pediatriche, almeno due coppie di elettrodi monouso adesivi per pazienti adulti e pediatriche, due cavi multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi, cavi ECG per 3 derivazioni”, specificare se per “cavo prolunga cod. BXKSA0104A” si intende il cavo multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi, sia adulto che pediatrico.”




Completata la lettura delle offerte tecniche delle suddette concorrenti il Presidente dispone di procedere alla lettura dell'offerta tecnica della ditta Ditta Nihon Kohden durante la seduta successiva e di trasmettere le suddette richieste di chiarimento ai funzionari del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, affinché inviino tali richieste alle ditte concorrenti.

Alle ore 18:10 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seconda seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà in data 07.03.2019 alle ore 9:55.


Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, 07 marzo 2019.

Il Presidente: dott. Giovanni Pedrotti



Il Componente: dott. Filippo Zilio



Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing. Simona Anzivino

