

**Procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura in unico lotto per 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi (CIG 7723727D24)**

**TERZO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER  
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

10140433  
Id. n. .... del 2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno sette (7) del mese di marzo alle ore 9 (nove) e 55 (cinquantacinque) minuti presso la Sala Riunioni della U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale S. Chiara di Trento, si è riunita la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura in unico lotto per 8 monitor defibrillatori esterni per impiego su carrello delle emergenze in degenza ordinaria e similare in configurazione base e per 9 monitor defibrillatori esterni per utilizzo su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria in configurazione avanzata, di cui uno dotato di piastre per defibrillazione interna, con opzione di estensione per acquisto di apparecchiature fino a un massimo di € 14.000,00.= per i successivi 24 mesi (CIG 7723727D24).

Alla seduta hanno preso parte:

- dott. Giovanni Pedrotti – Direttore Medico presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto – PRESIDENTE;
- dott. Filippo Zilio – Medico presso U.O. Cardiologia dell'Ospedale Santa Chiara di Trento – COMPONENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente procede alla lettura del verbale n.2 della seduta del 28 Febbraio 2019, che viene condiviso e sottoscritto dai componenti della Commissione che hanno preso parte alla seconda seduta.

Il Presidente da quindi inizio ai lavori.



La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente Ditta Nihon Kohden al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici. Durante la lettura dei documenti tecnici ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere i seguenti chiarimenti alla ditta concorrente:

Chiarimento concorrente Ditta Nihon Kohden:

*Per offerta "configurazione base":*

*"In riferimento alla caratteristica "con rilevazione dell'ECG sia con cavo (3 derivazioni) sia mediante le piastre di stimolazione", specificare se per piastre riutilizzabili si intendono le piastre di stimolazione";*

*"In riferimento alla caratteristica "ciascuna apparecchiatura dovrà essere dotata di: piastre rigide adatte a pazienti adulti e pediatrici, almeno due coppie di elettrodi monouso adesivi per pazienti adulti e pediatrici, due cavi multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi, cavi ECG per 3 derivazioni" specificare se i due cavi multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi sono inclusi in fornitura".*

*Per offerta "Configurazione avanzata con pacemaker":*

*"In riferimento alla caratteristica "monitor defibrillatore per utilizzo in emergenza intraospedaliera per impiego su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria" specificare se può essere utilizzato in sala operatoria";*

*"In riferimento alla caratteristica "memorizzazione degli eventi critici su memoria interna o scheda rimovibile (in particolare ora, tracciati ECG, energia erogata, allarmi, con possibilità di esportazione dei dati e fornitura dell'eventuale interfaccia hardware e/o software necessaria)" specificare se tutti i parametri citati (ora, tracciati ECG, ecc) vengono memorizzati dall'apparecchiatura";*

*"In riferimento alla caratteristica "ciascuna apparecchiatura dovrà essere dotata di: piastre rigide adatte a pazienti adulti e pediatrici, almeno due coppie di elettrodi monouso adesivi per pazienti adulti e pediatrici, due cavi multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi, cavi ECG per 3 derivazioni e per 12 derivazioni" specificare se i due cavi multifunzione per defibrillazione con elettrodi monopaziente adesivi sono inclusi in fornitura".*

Sulla base dell'analisi effettuata durante la scorsa seduta, la Commissione reputa opportuno richiedere un ulteriore chiarimento alla ditta Concorrente A.M.S. S.r.l.

Chiarimento concorrente Ditta A.M.S. S.r.l.:

*"In riferimento alla caratteristica "monitor defibrillatore per utilizzo in emergenza intraospedaliera per impiego su carrello delle emergenze in degenza sub intensiva, intensiva e sala operatoria" specificare se può essere utilizzato in sala operatoria".*

Il Presidente dispone di trasmettere dunque le suddette richieste di chiarimento ai funzionari del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, affinché inviino tali richieste alla ditta concorrente.


La Commissione procede all'esame delle risposte ai chiarimenti richiesti durante la precedente seduta al concorrente Ditta A.M.S. S.r.l., pervenuti entro la data odierna. Dalle risposte ottenute, si evince che le apparecchiature offerte sono conformi ai requisiti tecnici.

Alle ore 12:15 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la terza seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà in data 14.03.2019.


Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, 14 marzo 2019.


Il Presidente: dott. Giovanni Pedrotti

  
\_\_\_\_\_

Il Componente: dott. Filippo Zilio

  
\_\_\_\_\_

Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing. Simona Anzivino

  
\_\_\_\_\_

