

Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di cinque riuniti odontoiatrici per i Poliambulatori di Pergine Valsugana, di Levico Terme e di Tonadico e per l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento con opzione di acquisto di ulteriori due riuniti nei successivi 24 mesi (CIG 7732035521)

**TERZO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 101800271..... del 04/04/2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno quattro (04) del mese di aprile alle ore nove (09) e minuti dieci (10) presso la sala riunioni Verde dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in via Degasperì 79, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di cinque riuniti odontoiatrici per i Poliambulatori di Pergine Valsugana, di Levico Terme e di Tonadico e per l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento con opzione di acquisto di ulteriori due riuniti nei successivi 24 mesi (CIG 7732035521);

Alla riunione sono presenti:

- dott. Andrea Lorefice – Dirigente odontoiatra presso la U.O. Chirurgia Orale per Disabili e Odontostomatologia, in qualità di Presidente;
- dott.ssa. Rita Quaiatto – C.p.s.e. infermiere coordinatore presso l'U.O. di Odontoiatria, presidio ospedaliero di Borgo Valsugana, in qualità di Componente;
- ing. Elena Rossi – Funzionario presso Servizio Ingegneria Clinica, in qualità di Componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente, prima di dare avvio alla seduta odierna, procede alla lettura del verbale n.02 della seduta del 07 marzo 2019, che viene condiviso e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il Presidente dà quindi inizio ai lavori e prende atto che la documentazione tecnica viene resa disponibile, in formato elettronico, alla Commissione Tecnica dal segretario verbalizzante ing Elena Rossi, funzionario del Servizio Ingegneria Clinica.

ER 

La Commissione Tecnica procede alla lettura delle risposte delle ditte ai chiarimenti richiesti durante la seconda seduta ai fini di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici elencati nell'art 2 del capitolato Tecnico.

Tutti i chiarimenti pervenuti entro il 12 marzo 2019 erano già stati condivisi (al momento della ricezione) tra i membri della Commissione Tecnica tramite email, ai fini di confermare o meno le visioni presso le sedi indicate dalle ditte concorrenti secondo il calendario stabilito nella precedente seduta.

Alla luce dei suddetti chiarimenti la Commissione ha potuto constatare che le seguenti offerte tecniche non soddisfano il requisito "classe di reazione al fuoco: 11M":

- **HENRY SCHEIN KRUGG**
- **SANIDENT SRL**

La conformità al suddetto requisito tecnico del prodotto offerto dalla ditta **SIRA SRL** è stata sottoposta ad ulteriore verifica mediante il seguente chiarimento MEPA inviato in data 18.03.2019: "*Si richiede copia della certificazione come evidenza a supporto della vostra dichiarazione della classe di reazione al fuoco 11M riportata nella documentazione tecnica*". In data 21.03.2019 tramite MEPA è pervenuta la risposta da parte della concorrente SIRA srl con le evidenze a supporto della dichiarazione di conformità del prodotto offerto alla classe 11M. Alla ricezione di codesta conferma la Commissione Tecnica ha organizzato la visione dell'unico prodotto offerto conforme al suddetto requisiti tecnico. In data 29 marzo 2019 alle ore 10:30 si è svolta la visione del prodotto offerto dalla ditta SIRA srl presso il Ambulatorio Polispecialistico Max Medical - Via Trevisan, 7 - 36100 Vicenza in presenza dei tre membri della Commissione Tecnica, di un rappresentante della ditta rivenditrice (SIRA srl) e di un rappresentante della ditta produttrice (OMS spa).

Terminata la verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici elencati nell'art 2 del capitolato Tecnico, il Presidente dispone quindi di procedere, e di completare durante la seduta odierna, la terza ed ultima fase del piano di lavoro della Commissione Tecnica così come definito nel verbale della prima seduta ovvero:

3. Attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

Alla luce delle risposte ai chiarimenti e visto che il requisito "*classe di reazione al fuoco: 11M*" riportato nel Capitolato tecnico indica come obbligatoria una classe ben preciso di reazione al fuoco, le ditte ammesse alla terza ed ultima fase sono:

- **SIRA SRL**

Il Presidente ricorda ai componenti della Commissione gli elementi di valutazione e di sub valutazione riportati nel verbale della prima seduta della Commissione Tecnica.

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **SIRA SRL**. La Commissione procede alla valutazione dell'offerta considerando gli elementi di valutazione sopra citati. Ciascun membro illustra le proprie motivazioni ed in seguito ad approfondita discussione, la Commissione condivide le osservazioni emersa.



La Commissione assegna, all'unanimità, al concorrente **SIRA SRL** i coefficienti, riportando tali valori nella colonna "Coefficiente assegnato" e riportando nella colonna "Motivazioni" la relativa giustificazione, come risulta nel seguente prospetto di valutazione. Nella colonna "Punteggio" viene riportato l'esito della moltiplicazione del coefficiente per il punteggio massimo assegnabile al criterio come previsto nella Lettera di invito.

		SIRA SRL			
CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	Motivazioni	Coefficiente assegnato	Punteggio
A. Caratteristiche tecniche					
Caratteristiche tecniche e strutturali del riunito (corpo del riunito, tavoletta medico, tavoletta assistente, gruppo idrico, poltrona odontoiatrica, pedaliera, ...)		Max 15 punti	Pedaliera completa di comandi e di facile uso, la poltrona odontoiatrica è ergonomica, la tavoletta assistente e la tavoletta medico risultano di pratico utilizzo	0,80	12,00
Qualità dei materiali		Max 15 punti	Il riunito presenta ridotte componenti in materiale plastico. I componenti appaiono di ottima qualità.	0,80	12,00
Procedure e sistemi di sterilizzazione/disinfezione		Max 10 punti	Il gruppo idrico è in un unico blocco in ceramica quindi di facile pulizia. Garantisce una disinfezione permanente automatica degli spray e dei circuiti idrici e nell'eventualità anche manuale. Inoltre è dotato di sistema antireflusso e di sistema di sanificazione delle acque in ingresso.	0,70	7,00
Possibilità di movimentazione degli elementi (...)		Max 5 punti	Movimentazione facile ed ergonomica di tutte le parti, qualche limitazione del movimento della tavoletta assistente.	0,60	3,00
Praticità e qualità del sistema di illuminazione		Max 10 punti	Dall'analisi della documentazione tecnica la lampada risponde a tutti i requisiti richiesti nel capitolato tecnico di gara ma durante la visione il modello disponibile non corrispondeva a quello offerto. Dal punto di vista pratico la movimentazione della lampada in visione è risultata esser sufficiente.	0,30	3,00
Sistemi aspiratore e compressore		Max 5 punti	Dall'analisi della documentazione tecnica aspiratori e compressori risultano conformi ai requisiti richiesti in gara.	0,40	2,00

B. Caratteristiche della gestione post vendita				
Protocolli di manutenzione preventiva e operatore	Max 5 punti	Nel periodo di garanzia sono inclusi interventi di manutenzione evolutiva oltre che preventiva. Nella documentazione tecnica e nel manuale d'uso vengono chiaramente indicate le attività che l'operatore deve svolgere con la relativa frequenza.	0,70	3,50
Contenuti dei servizi di assistenza tecnica	Max 5 punti	I tempi di intervento nel periodo di garanzia risultano conformi al capitolato tecnico e la garanzia sulle parti di ricambio è estesa a 36 mesi.	0,80	4,00
PUNTEGGIO TOTALE				46,50

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i punteggi finali attribuiti alle concorrenti:

OFFERTA TECNICA		HENRY SCHEIN KRUGG	SANIDENT SRL	SIRA SRL
<u>Punteggio massimo attribuibile: 70 punti</u>	Punteggi finali	Esclusione dovuta alla mancata conformità al requisito tecnico "classe di reazione al fuoco: IIM"	Esclusione dovuta alla mancata conformità al requisito tecnico "classe di reazione al fuoco: IIM"	46,50


Il Presidente dispone la trasmissione degli atti e la riconsegna della documentazione tecnica elettronica alla Sig.ra Anna Sartori, funzionario del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, per il proseguo delle operazioni di gara.

Alle ore 10:00 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione Tecnica.


Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, *04/04* 2019.

Il Presidente: dott. Andrea Lorefice



Il Componente: Sig.ra Rita Quaiatto



Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing Elena Rossi

