

**Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di cinque riuniti odontoiatrici per i Poliambulatori di Pergine Valsugana, di Levico Terme e di Tonadico e per l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento con opzione di acquisto di ulteriori due riuniti nei successivi 24 mesi (CIG 7732035521)**

**QUARTO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER  
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 103190195 del 13.05.2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno sette (07) del mese di maggio alle ore tredici (13) e minuti zero (00) presso la sala riunioni Bianca dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in via Degasperi 79, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di cinque riuniti odontoiatrici per i Poliambulatori di Pergine Valsugana, di Levico Terme e di Tonadico e per l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento con opzione di acquisto di ulteriori due riuniti nei successivi 24 mesi (CIG 7732035521);

Alla riunione sono presenti:

- dott. Andrea Lorefice – Dirigente odontoiatra presso la U.O. Chirurgia Orale per Disabili e Odontostomatologia, in qualità di Presidente;
- sig.ra Rita Quaiatto – C.p.s.e. infermiere coordinatore presso l'U.O. di U.O. Chirurgia Orale per Disabili e Odontostomatologia, presidio ospedaliero di Borgo Valsugana, in qualità di Componente;
- ing. Elena Rossi – Funzionario presso Servizio Ingegneria Clinica, in qualità di Componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente, prima di dare avvio alla seduta odierna, procede alla lettura della comunicazione pervenuta dal Presidente del Seggio di Gara in data 15/04/2019 (rep. nr. 6502-15/04/2019). Dalla suddetta comunicazione emerge l'evidenza che, alla richiesta del certificato originale della classe di reazione al fuoco IIM dei prodotti offerti e rilasciato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, la ditta Sira srl (unica valutata nel verbale nr. 03 della Commissione tecnica datato 04 aprile 2019) non ha potuto consegnare la suddetta certificazione poiché è ancora in corso l'iter di certificazione presso un laboratorio accreditato.

Alla luce di detta comunicazione, la Commissione Tecnica prende atto che le dichiarazioni inerenti la classe 11M di reazione del fuoco dei prodotti offerti presentate in gara dalla ditta Sira srl ( nella documentazione tecnica e nelle risposte ai chiarimenti) ad oggi non risultano esser confermate da adeguata certificazione. **Si conclude quindi che nessuno dei tre concorrenti è stato in grado di fornire un'esaustiva certificazione che attesti** i seguenti requisiti tecnici del capitolato di gara:

- 5. Poltrona odontoiatrica – classe di reazione al fuoco: 11M
- 8. Seggiolini – classe di reazione al fuoco: 11M

Al fine di garantire la massima *par condicio* dei concorrenti, alla ricezione della suddetta comunicazione, il Presidente aveva disposto di procedere con la visione (art 4 della Lettera d'Invito) dei prodotti offerti dalle due concorrenti precedentemente escluse nel verbale nr.03.

I componenti della Commissione tecnica riferiscono all'ing Elena Rossi l'esito delle seguenti visioni effettuate in sua assenza:

- In data 02 maggio 2019 alle ore 10:30 si è svolta la visione del prodotto offerto dalla ditta HENRY SCHEIN KRUGG SRL presso lo show room di Padova sito in via del Pescarotto 58, in presenza dei due membri della Commissione Tecnica come da relativo verbale di visione;
- In data 03 maggio 2019 alle ore 10:00 si è svolta la visione del prodotto offerto dalla ditta SANIDENT SRL presso lo show room di Bolzano sito in via G.Galilei 6/c, in presenza dei due membri della Commissione Tecnica come da relativo verbale di visione.

Ciascun membro illustra le proprie osservazioni e, in seguito ad approfondita discussione, la Commissione condivide le considerazioni emerse.

Prima di procedere però con l'attribuzione dei punteggi alle suddette offerte il componenti della Commissione ritengono sia necessario richiedere al Presidente del Seggio di gara ulteriori delucidazioni in merito al requisito obbligatorio "8. Seggiolini – classe di reazione al fuoco: 11M" visto che nella comunicazione del 15/04/2019 (rep. nr. 6502-15/04/2019) non si evince nulla a riguardo.

Il Presidente dispone quindi di inviare al Dott. Bocchi Luciano tramite email la seguente richiesta:

*"Gentile Dott. Bocchi,*

*durante la seduta odierna della Commissione Tecnica abbiamo proceduto alla valutazione delle rimanenti concorrenti al fine di garantire la par condicio visto che il requisito classe 11M della poltrona (DM) non è più da ritenersi a pena esclusione (Vostra comunicazione del 15.04.2019 rep 6502). Prima di chiudere i lavori della Commissione Tecnica il Presidente chiede una Vostra indicazione scritta in merito al requisito classe 11M dei seggiolini visto che nella suddetta comunicazione ciò non viene menzionato.*

*Una volta ricevuta la vostra comunicazione potremmo pianificare l'ultima seduta della Commissione per la chiusura definitiva dei lavori ed quindi con la presente vi chiediamo la proroga per poter proceder con i lavori oltre la scadenza prevista per oggi 7 maggio 2019.*

*Distinti Saluti"*

 ER  


Inviata la suddetta richiesta per email al Dott. Bocchi (documentazione agli atti), il Presidente dispone di attendere la risposta da parte del Presidente del Seggio di gara e in caso di procedere con l'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche presentate dalle ditte HENRY SCHEIN KRUGG SRL e SANIDENT SRL nella prossima seduta della Commissione Tecnica.


Alle ore 14:00 il Presidente della Commissione Tecnica dichiara chiusa la quarta seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà non appena la Commissione Tecnica riceverà ulteriori precisazioni sulle modalità con le quali procedere alla valutazione delle offerte da parte del Presidente del Seggio di gara.

La documentazione tecnica elettronica viene consegnata al segretario verbalizzante per esser custodita in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Ingegneria Clinica fino alla prossima seduta della Commissione Tecnica.

Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, 9/5/2019.


Il Presidente: dott. Andrea Lorefice

  
\_\_\_\_\_

Il Componente: Sig.ra Rita Quaiatto

  
\_\_\_\_\_

Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing Elena Rossi

  
\_\_\_\_\_

