

**Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di un'incubatrice neonatale da trasporto, completa di attrezzature biomediche di supporto, destinata all'utilizzo in ambulanza (CIG 7952317B94)**

VERBALE N. 4

Id. n. 110597329 del 26.11.2019

In data 06/11/2019 alle ore 10:00, presso la postazione del 118 di Pergine, si è tenuta la visione e prova pratica dell'incubatrice neonatale da trasporto completa delle attrezzature biomediche di supporto offerte dalla ditta Burke&Burke.


Sono presenti i componenti della Commissione Tecnica individuata con determinazione n. 1256/2019 di data 26/09/2019 del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico-Finanziari:

- dott. Riccardo Malossi – Dirigente Medico U.O. Neonatologia – Ospedale Santa Chiara Trento– PRESIDENTE;
- coord. Sergio Bertoldi – Coordinatore Infermieristico U.O. Trentino Emergenza – COMPONENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Lo specialista di prodotto FRONTINI PASQUALE

della ditta BURKE & BURKE consegna in visione:

- N 1 INCUBATRICE V808 ATOM
- N 2 POMPE BRAUN PERFUSOR SPACE
- N 1 VENTILATORE HAMILTON T1
- N 1 MONITOR MULTIPARA RESPIR6 ANDRAY N1
- N 1 UMIDIFICATORE NEO-POD
- N 1 ASPIRATORE LAERDAL
- N 1 PIATTAFORMA TPS GN PIATTAFORMA  
OSTATA DI DISTRIBUZIONE MULTIPRESA ELETTRICA  
INTERID



La commissione verifica la composizione del sistema medicale in prova e la sua corrispondenza al sistema medicale oggetto di offerta (completezza allestimento, marche e modelli).


Data l'indisponibilità da parte della ditta di fornire in visione il carrello autocaricante proposto in offerta, ai fini dell'espletamento della prova pratica, la commissione decide di utilizzare il carrello autocaricante che è disponibile presso la sede del 118, di marca identica a quello proposto in offerta e modello compatibile.

Durante la visione i membri della commissione prendono atto dei punti di forza e delle criticità del sistema medicale e ne verificano la compatibilità con le ambulanze in dotazione a TE118.


A conclusione della sessione di prova il Presidente raccoglie il parere di ciascun membro della commissione. Per l'esito della valutazione si rimanda al verbale conclusivo.

Luogo PERGINE....., data 06/11/2018

Il Presidente: dott. Riccardo Malossi



Il Componente: coord. Sergio Bertoldi



Il Componente: ing. Simona Anzivino

