

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'affidamento della fornitura di n. 1 aspiratore/dissetatore ad ultrasuoni per la U.O. di Chirurgia Generale II dell'Ospedale S. Chiara CIG 81713982F3.

**TERZO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 117516724 del 20/05/2020

Premesso che:

- in data 11.05.2020 è pervenuta alla Commissione Tecnica un'integrazione alla risposta ai chiarimenti della ditta SIAD HEALTHCARE S.P.A. in seguito ad un disguido nella pubblicazione delle richieste di chiarimento sulla piattaforma MEPA da parte del funzionario Dott.ssa Rosa Dalmonego (documentazione agli atti);
- alla luce di ciò i chiarimenti analizzati dalla Commissione Tecnica durante la seconda seduta tenutasi in data 08.05.2020 risultavano esser sufficienti per la valutazione ma formalmente incompleti per la ditta SIAD HEALTHCARE S.P.A.;

Tutto ciò premesso,

- l'anno duemilaventi (2020) il giorno dodici (12) del mese di maggio alle ore quattordici (13) e trenta minuti (30) presso il Servizio di Ingegneria Clinica, si è riunita la Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'affidamento della fornitura di n. 1 aspiratore/dissetatore ad ultrasuoni per la U.O. di Chirurgia Generale II dell'Ospedale S. Chiara.

Alla riunione sono presenti:

- dott. Alberto Brolese – Direttore della U.O. di Chirurgia II, Ospedale Santa Chiara di Trento, in qualità di **Presidente**;
- dott. Giovanni Viel – Dirigente medico dell' U.O. di Chirurgia II, Ospedale Santa Chiara di Trento, in qualità di **Componente** (presente da remoto in collegamento telefonico);
- ing. Elena Rossi – funzionario presso Servizio Ingegneria Clinica, in qualità di **Componente**;

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente, prima di dare avvio alla seduta odierna, procede alla lettura del verbale n.2 della seduta del 08 maggio 2020, che viene condiviso e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il Presidente dà quindi inizio ai lavori: obiettivo della seduta odierna è la valutazione dell'integrazione al chiarimento pervenuta via email alla Commissione in data 11.05.2020 dalla Dott.ssa Rosa Dalmonego, funzionario dell'Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture.

La Commissione Tecnica procede alla lettura delle risposte della ditta SIAD HEALTHCARE S.P.A. ai chiarimenti richiesti durante la prima seduta, e successivamente integrati in seguito ad errori di pubblicazione delle richieste di chiarimento su MEPA, ai fini di verificare la validità dell'analisi condotta sulla parziale risposta al chiarimento durante la seconda seduta della Commissione Tecnica tenutasi in data 08.05.2020.

La Commissione prende atto che ora i chiarimenti pervenuti dalla ditta SIAD HEALTHCARE S.P.A. risultano esser completi e conferma la valutazione condotta nella seconda seduta.

Alla luce della completezza di tutti i chiarimenti pervenuti, la Commissione procede quindi ad un'ulteriore valutazione della composizione dell'allestimento richiesto nell'art.2 della Lettera d'Invito focalizzando l'attenzione:

- I. prima sull'adeguatezza di tutti gli articoli inclusi in offerta all'uso previsto (specifici interventi chirurgici) e poi
- II. sulla completezza e validità dell'offerta secondo l'art. 16 della Lettera d'invito.

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **CARLO BIANCHI SRL**. Durante la lettura dei documenti tecnici e delle risposte ai chiarimenti ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti alla ditta concorrente:

- ❖ *"Considerato che nell'art. 2 della Lettera d'Invito l'impiego d'uso dei manipoli e delle punte è bene definito si chiede conferma che tutti i codici riportati in offerta economica senza prezzi siano idonei ai suddetti utilizzi (transezione del parenchima epatico, resezione epatica sia in fegato sano che cirrotico). In caso contrario si richiede di segnalare quali codici non sono indicati per lo specifico impiego";*
- ❖ *" Visto che il manipolo 94-054 è pluriuso si richiede di chiarire meglio la durata di vita (N. interventi) come definita per il manipolo 94-100HF";*

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL**. Durante la lettura dei documenti tecnici e delle risposte ai chiarimenti ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti alla ditta concorrente:

- ❖ *" Considerato che nell'art. 2 della Lettera d'Invito l'impiego d'uso dei manipoli e delle punte è bene definito si chiede conferma che tutti i codici riportati in offerta economica senza prezzi siano idonei ai suddetti utilizzi (transezione del parenchima epatico, resezione epatica sia in fegato sano che cirrotico). In caso contrario si richiede di segnalare quali codici non sono indicati per lo specifico impiego";*

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente **SIAD HEALTHCARE S.P.A.**. Durante la lettura dei documenti tecnici e delle risposte ai chiarimenti ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti alla ditta concorrente:

- ❖ " Considerato che nell'art. 2 della Lettera d'Invito l'impiego d'uso dei manipoli e delle punte è bene definito si chiede conferma che tutti i codici riportati in offerta economica senza prezzi siano idonei ai suddetti utilizzi (transezione del parenchima epatico, resezione epatica sia in fegato sano che cirrotico). In caso contrario si richiede di segnalare quali codici non sono indicati per lo specifico impiego";

Per quanto riguarda invece l'adeguatezza delle offerte economiche senza prezzo all'art. 16 della Lettera d'Invito, la Commissione constata che tutte le offerte economiche senza prezzi riportano codici a scelta della Stazione Appaltante ma al contempo riportano un'unica voce della quotazione totale. In tutte le offerte quindi, alla luce di tutti i chiarimenti pervenuti, risulta chiara sia la completezza dell'allestimento (in termini di quantitativi richiesti), sia l'indipendenza della quotazione totale finale dell'offerta economica senza prezzi dalla scelta dei singoli articoli (kit di punte e/o consumabili). Alla luce di ciò ed in seguito ad approfondita discussione, la Commissione condivide le osservazioni emerse e constata all'unanimità che tutte le offerte economiche senza prezzi risultano valide secondo l'art 16 della Lettera d'Invito. Ovvero pur presentando al loro interno alternative di scelta tra gli articoli offerti, la voce inerente alla quotazione finale (offerta senza prezzi) non risulta esser condizionata o suddivisa in molteplici voci/versioni a seconda della scelta dei singoli kit e/o consumabili.

Tutto ciò è stato valutato dalla Commissione Tecnica considerando solo l'offerta economica senza prezzi inclusa nella busta tecnica di ciascuna ditta: un'eventuale anomalia nell'offerta economica finale potrà esser rilevata solo all'apertura delle buste economiche e quindi tale controllo non spetta alla Commissione Tecnica.

Completata la lettura delle offerte tecniche e la relativa analisi, il Presidente dispone la trasmissione delle suddette richieste di chiarimento alla Dott.ssa Rosa Dalmonego, funzionario dell'Ufficio Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture, affinché invii tali richieste alle ditte concorrenti mediante la piattaforma MEPA di CONSIP.

Alle ore 14:00 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la terza seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà in data 19.05.2020 alle ore 14:30 anziché in data 14.05.2020 (come precedentemente pianificato nel secondo verbale) in modo tale da rispettare le tempistiche di almeno 3 giorni per la ricezione delle risposte ai nuovi chiarimenti richiesti durante la seduta odierna.

Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, 19 maggio 2020.

Il Presidente: dott. Alberto Brolese

_____f.to Alberto Brolese _____

Il Componente: dott. Giovanni Viel

_____f.to Giovanni Viel _____

Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing Elena Rossi

_____f.to Elena Rossi _____