

Azienda Provinciale  **per i Servizi Sanitari**
Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari

Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario

Ufficio Gare Europee

Responsabile dell'ufficio: dott. Massimiliano Possamai

Responsabile del procedimento: sig. Francesco Crò

Tel. 0461/906311

PEC: spgas-apss@pec.apss.tn.it

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Trento, li 12 agosto 2020.

Class. 18.2.1

Fasc. 13-2020

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit freddi per marcatura, materiale per il corretto funzionamento e controlli di qualità delle apparecchiature e Kit per Media Fill Test per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare dell'APSS di Trento

NOTA DI RISCONTRO 1

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1


Relativamente al Lotto n. 8, Generatore 68Ge/68Ga, si chiede modifica della base d'asta in quanto quella considerata nel bando risulta di molto inferiore al prezzo attuale di mercato di tale tipo di generatore, necessariamente munito di AIC. (vedasi nota a parte del nostro studio legale)

Risposta

Si conferma la base d'asta, corrispondente all'attuale prezzo di approvvigionamento di APSS.



OHSAS 18001:2007



Quesito 2

Capitolato speciale tecnico, pag. 17: "4. Fornitura di accessori per l'eluizione" Si chiede di specificare che cosa si intende esattamente per "accessori per l'eluizione".

Risposta

Si intendono tutti i prodotti accessori prettamente necessari ai fini dell'eluizione del generatore (a titolo di esempio: soluzione di acido cloridrico alla concentrazione autorizzata, connettori con le linee di in e out, eventuali raccordi compatibili con modulo di sintesi...).

Quesito 3

Capitolato speciale tecnico, pag. 18, Ordinativi di acquisto, consegne e calibrazione, LOTTO 8: "Le consegne devono essere eseguite tramite vettore autorizzato al Servizio di Fisica Sanitaria presso l'Ospedale S. Chiara di Trento nell'orario 8:00-15:00 almeno 14 giorni prima della data di calibrazione. "Per un generatore 68Ge/68Ga dotato di AIC tale condizione è difficilmente attuabile, a causa dell'isotopo genitore 68Ge e del range di attività consentito massimo. Si chiede di confermare che è accettabile una consegna 1-3 gg prima della data di taratura.

Risposta

Non si conferma la richiesta. La previsione di capitolato riguarda l'anticipo sul trasporto rispetto alla calibrazione e non la modifica dell'attività caricata sul generatore. La tempistica richiesta nel capitolato (14 giorni) è legata alla necessità di sfruttare al massimo le forniture dei generatori, di non interrompere l'attività diagnostica garantendo nel contempo l'introduzione per uso clinico del nuovo generatore solo alla conclusione di tutti i test previsti dalla normativa vigente per garantire l'efficacia della prestazione e soprattutto la sicurezza dei pazienti.

Quesito 4

Valutazione punteggi, pag. 17, CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 8: "Schermatura supplementare". Si chiede di specificare dove si intende posizionare il generatore all'interno della cella e quali lati di esso si intendono schermare; può essere considerata come esempio la schermatura al momento in utilizzo? Essa sarà ancora utilizzata?

Risposta

Il generatore, se posizionato sul piano di lavoro della camera principale, sarà collocato nell'angolo a sinistra. La configurazione delle schermature attuali può essere sicuramente di esempio ma si rammenta che esse sono adatte a geometria e dimensioni del generatore attualmente in uso. Per formati diversi sarà necessario verificarne l'efficacia.



OHSAS 18001:2007

Quesito 5

Valutazione punteggi, pag. 17, CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 8: "Contenitore schermato". Si chiede di specificare le dimensioni (diametro e altezza) delle vial che tale contenitore dovrebbe ospitare.

Risposta

Il contenitore dovrebbe poter ospitare vial con diametro fino a circa 3,5 cm e altezza fino a circa 11 cm.

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento ai sensi
della l.p. 23/92 – sig. Francesco Crò

Il Dirigente del Servizio
Procedure di Gara in Ambito Sanitario
dott.ssa Sonia Pinamonti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



OHSAS 18001:2007