

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
DEL DISPOSITIVO MEDICO**

**per personale e componenti Commissione Tecnica coinvolti nelle
prove campionatura**

**PROCEDURA APERTA
FORNITURA EMOSTATICI
occorrenti all'APSS di Trento e all'ARCS del FVG**

LOTTO 1

DESCRIZIONE		
DITTA		
CODICE FABBRICANTE		
N. PROGR.	Elemento di valutazione	Prova pratica campioni
1. (CT 2.1.3)	Facilità di apertura peel-open atta a garantire una manipolazione del contenuto nel rispetto della tecnica asettica	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
2. (CT 4.6)	Conformabile	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3. (CT 4.7)	Resistente alla trazione	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
4. (CT 4.8)	Ritagliabile senza produrre sfilacciamenti	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Reparto		
Operatore		
Data		

	Firma	
--	-------	--