

**Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari**  
**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario**  
**Ufficio Gare europee (servizi e forniture)**

Responsabile: dott. Massimiliano Possamai

Referente: sig. Francesco Crò

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: [spgas-apss@pec.apss.tn.it](mailto:spgas-apss@pec.apss.tn.it)

Trento, 5 luglio 2021.

Cod. 18.2.1.7-2021

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

**Oggetto:** *Procedura aperta per l'appalto di fornitura e noleggio di sistemi per Aferesi produttiva di plasma e piastrine e per Aferesi terapeutica necessari al servizio di immunoematologia e trasfusione multizonale dell'APSS di Trento - suddiviso in 2 lotti.*  
*CIG prevalente n. 8782642175 - Gara telematica n. 100960.*

## NOTA DI CHIARIMENTO N.2

A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

### Quesito 1

Facciamo riferimento [...] e in particolare al Capitolato Speciale – Parte Tecnica che in merito al LOTTO 1 al Punto F) “Requisiti necessari (a pena di esclusione)”– Paragrafo F3 “performance richieste al sistema”, p. 4, riporta quanto di seguito:

“In conformità all'allegato V del D.M. 02/11/2015 si richiede, in particolare, che:

- il volume extracorporeo sia ridotto ( $\leq 200$  ml)”

non ci risulta che il volume extracorporeo con riferimento alle procedure di plasmateresi sia stato in alcun modo definito dal legislatore nel decreto in questione.

Inoltre, cogliamo l'occasione per richiamare la Vs. attenzione sul fatto che l'attuale formulazione del paragrafo F3 – con specifico riferimento ad un volume extracorporeo  $\leq 200$  ml quale criterio previsto “a pena di esclusione” -tende a pre-indentificare un solo sistema ad oggi disponibile sul mercato in grado di soddisfare pienamente la specifica tecnica richiesta.

### Riscontro 1

*Trattasi di mero errore materiale, il requisito indicato (“il volume extracorporeo sia ridotto ( $\leq 200$  ml)”) non deve essere considerato come requisito minimo a pena di esclusione.*

*Nella tabella criteri di valutazione e punteggi (B1) la formula corretta che viene utilizzata è la seguente:*

*“E' attribuito un coefficiente variabile fra 0 e 1, moltiplicato poi per il punteggio previsto, in base alla seguente formula:*

$$Cx = Vmin / Vx$$

dove:

*Cx = coefficiente variabile fra 0 e 1;*

*Vx = valore proposto dal concorrente;*

*Vmin = valore minimo proposto.*

### Quesito 2.5

Con riferimento al Capitolato speciale, parte tecnica, F.5 caratteristiche dei prodotti, pag. 5 “Soluzione anticoagulante (ACD) in sacche di volume pari a 500 mL, apirogena prodotta con formula A”, chiediamo di

eliminare la restrizione sul volume della sacca, in quanto sono disponibili soluzioni di volume inferiore, ampiamente sufficienti per eseguire la procedura di plasmateresi, che permettono di evitare inutili sprechi.

### **Riscontro 2.5**

*Trattasi di mero errore materiale, il requisito indicato ("di volume pari a 500 mL") non deve essere considerato come requisito minimo a pena di esclusione.*

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92  
sig. Francesco Crò

p. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO  
Il sostituto  
**dott. Massimiliano Possamai**

*(documento firmato digitalmente)*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).