

Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Ufficio Gare europee (servizi e forniture)

Responsabile: dott. Massimiliano Possamai

Referente: Francesco Crò

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

Trento, 21/09/2021.

Cod. 18.2.1.20-2021

*Il numero e la data di protocollo
sono generati automaticamente dal
sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)*

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sei lotti, di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit freddi per marcatura, materiale per il corretto funzionamento, controlli di qualità delle apparecchiature e kit per Media Fill test occorrenti all'UOC. di Medicina nucleare dell'APSS di Trento.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 3.1

Lotto 4b: si segnala che il prezzo posto a base d'asta non consente di produrre un'offerta economicamente sostenibile. Si chiede pertanto di valutare di aumentare la base d'asta.

Risposta

Si conferma quanto indicato nei documenti di gara.

Quesito 3.2

Con riferimento ai lotti 4 - 5 - 6 si segnala che i tempi di consegna sono stimati in 8-10 settimane dalla data dell'ordine. Pertanto quanto indicato al punto "Ordinativi di fornitura, consegne e disdette" del Capitolato Speciale - Parte Tecnica": Le richieste di acquisto sono anticipate all'appaltatore via mail almeno un mese prima della data di consegna deve tenere conto degli effettivi tempi di consegna delle sorgenti.

Risposta

Lotto 4 - 5 - 6: Sorgenti solide sigillate per la calibrazione della PET e della nuova SPECT e dei calibratori di attività

Si tiene conto dell'osservazione. Le richieste di acquisto anticipate via mail, verranno inviate almeno 2 mesi prima la data di consegna prevista.

Quesito 3.3

Lotto 5a: si segnala che nel file "10.5a criteri valutazione lotto 5a" viene indicato come criterio di valutazione al quale vengono assegnati 10 punti la seguente attività "Ritiro gratuito delle sorgenti in sostituzione, eseguito nel rispetto della normativa vigente, anche in tempi diversi dalla fornitura (Attività massima al ritiro di 100MBq)".

Si chiede di chiarire se trattasi di refuso, in quanto:

- a) tale voce non è presente nei criteri di valutazione delle altre sorgenti;
b) il ritiro e smaltimento delle sorgenti esauste, anche non contestuale alla fornitura delle nuove è tra i requisiti tecnici ed operativi minimi e le spese di ritiro e smaltimento è tra le voci per le quali bisogna produrre offerta economica.

Risposta

Si conferma il criterio di valutazione riferito al ritiro e smaltimento gratuito delle sorgenti esauste: nel caso venga offerto il ritiro gratuito in sede di offerta tecnica, la corrispondente riga dello schema di offerta economica dovrà essere valorizzata con € 0,00. Preme precisare, inoltre, che nel caso in cui nell'offerta tecnica venga offerto il ritiro gratuito, mentre in offerta economica sia indicato un valore superiore ad € 0, il punteggio tecnico verrà rivisto, togliendo i 10 punti in precedenza assegnati, con contestuale aggiornamento della graduatoria.

Quanto appena indicato per il lotto 5a vale anche per i lotti 2 (ritiro generatori), 4, 5b e 6 (a + b).

Il Responsabile dell'Ufficio Gare europee (servizi e forniture)
dott. Massimiliano Possamai

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO
dott.ssa Sonia Pinamonti

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).