



**Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari**  
**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario**  
**Ufficio Gare europee (servizi e forniture)**

Responsabile: dott. Massimiliano Possamai

Referente: dott.ssa Mirta Parnasso

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: [spgas-apss@pec.apss.tn.it](mailto:spgas-apss@pec.apss.tn.it)

Cod. 18.2.1.21-2021

Il numero e la data di  
protocollo sono generati  
automaticamente dal sistema  
(DPCM 3.12.2013, art. 20)

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE PER OPERATORI DELLE SALE OPERATORIE E DI CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OSTEOSINTESI OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (LOTTO 1-9) E ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (LOTTO 1) - SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI.

**AVVISO DI RETTIFICA PER SOSTITUZIONE SCHEMI OFFERTA ECONOMICA E ALTRO DOCUMENTO  
E NOTA DI CHIARIMENTO N. 7**

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata da concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si forniscono le seguenti precisazioni:

**Quesito 1**

Schede offerte economiche dall'All. 12 all'All. 20 di tutti i lotti, si chiede cosa bisogna riportare nella riga  $TOTALE=(A+C+D+E...B+C+D+E...)$ , in quanto le quantità/nr. pezzi riportati alle "VOCI ECONOMICHE" non corrispondono ai nr. di pezzi dell'impianto tipo riportati nella tabella "Composizioni impianto tipo Componenti".

Al fine di spiegare al meglio la situazione riportiamo un esempio.

Lotto n. 3 All. 14

Nella tabella Impianto Tipo (standard) "Componenti" sono riportate le seguenti quantità:

**Composizione impianti tipo (impianto standard):**

Componenti	Nr. pezzi
Chiodo endomidollare corto a due viti	1
Viti cefaliche	2
Vite di bloccaggio distale	1
Tappo	1
Altri eventuali prodotti necessari	secondo necessità

Mentre nella tabella VOCI ECONOMICHE i nr. di pezzi riportati sono i seguenti:

	VOCI ECONOMICHE	nr. pezzi	PREZZO LISTINO IN VIGORE	% sconto applicato	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	
			€(in cifre)		€(in cifre)	€(in cifre)	€(in lettere)
A	CHIODO CORTO	40					
B	CHIODO LUNGO	10					
C	VITE DISTALE	60					
D	VITE CEFALICA	100					
E	TAPPO	20					

F	ALTRI eventuali prodotti indispensabili alla funzionalità dell'impianto tipo (*)					
	(*) (elencare un prodotto per riga proseguendo nelle lettere (...D...E...) e prezzare separatamente - una riga per tipo di prodotto)					
<b>TOTALE = A+C+D+E...</b>	<b>importo IMPIANTO TIPO CHiodo CORTO</b>					

Si chiede se nella riga **TOTALE=A+C+D+E...."importo IMPIANTO TIPO CHiodo CORTO"**, debba essere riportato:

- opzione 1) la somma degli importi totali delle **VOCI ECONOMICHE** riga A (40 CHIODI) + riga C (60 VITI DISTALI) + riga D (100 VITI CEFALICHE) + riga F (20 tappi).
- opzione 2) la somma delle voci di prezzo della tabella dei componenti (1 chiodo corto + 2 viti cefaliche + 1 vite di bloccaggio + 1 tappo).

## Quesito 2

Confermate le qty del fabbisogno del lotto 4 Sistema per femore e Sistema per tibia?

## Risposta ai quesiti 1 e 2

Si precisa che per mero errore materiale sono stati riportati negli schemi di offerta economica per i lotti a valere dal n. 2 al n. 9 i quantitativi complessivi della fornitura e non per singolo impianto tipo.

Si provvede quindi a rettificare tutti gli schemi offerta dei lotti dal n. 2 al n. 9, riportando il corretto n. di pezzi - per ciascuna voce economica - che di fatto corrisponde al quantitativo dei componenti di ciascun impianto standard, fermo restando che ciascun schema offerta può essere integrato rispetto a quanto già previsto dalla Stazione appaltante, con altri eventuali prodotti indispensabili al funzionamento dell'impianto tipo offerto.

Nello specifico del quesito posto, l'importo dell'impianto tipo è dato dalla somma delle voci di prezzo per ciascun componente dell'impianto standard riportato nella corrispondente tabella di ogni schema di offerta economica così rettificati.

Si rendono ora disponibili sul sito di Apss e all'interno dell'ambiente di gara, sistema SAP-SRM, i nuovi allegati al Disciplinare denominati:

13. Schema di Offerta Economica – lotto 2\_15/09/2021;
14. Schema di Offerta Economica – lotto 3\_15/09/2021;
15. Schema di Offerta Economica – lotto 4\_15/09/2021;
16. Schema di Offerta Economica – lotto 5\_15/09/2021;
17. Schema di Offerta Economica – lotto 6\_15/09/2021;
18. Schema di Offerta Economica – lotto 7\_15/09/2021;
19. Schema di Offerta Economica – lotto 8\_15/09/2021;
20. Schema di Offerta Economica – lotto 9\_15/09/2021;

E' stato altresì rettificato il Capitolato speciale – parte tecnica che parimenti è disponibile sul sito di Apss e all'interno dell'ambiente di gara, sistema SAP-SRM così denominato:

7. Capitolato speciale – Parte tecnica\_15/09/2021.

Si precisa che i fabbisogni e la composizione dell'impianto tipo (impianto standard) per numero dei singoli componenti, indicati in Capitolato speciale – Parte tecnica\_15/09/2021, già descritti, non sono stati oggetto di rettifica.

Trento, 15/09/2021

Il Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Mirta Parnasso

Il Responsabile dell'Ufficio Gare europee (servizi e forniture): dott. Massimiliano Possamai

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO  
 dott.ssa Sonia Pinamonti

**(documento firmato digitalmente)**

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*