

Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Ufficio Gare europee (servizi e forniture)

Responsabile: dott. Massimiliano Possamai

Referente: dott.ssa Mirta Parnasso

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

Cod. 18.2.1.21-2021

*Il numero e la data di protocollo
sono generati automaticamente
dal sistema (DPCM 3.12.2013,
art. 20)*

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE PER OPERATORI DELLE SALE OPERATORIE E DI CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OSTEOSINTESI OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (LOTTO 1-9) E ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (LOTTO 1) - SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 9

A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1

Relativamente al criterio di valutazione "possibilità di filtro con protezione da Sars-Cov-2" (Lotto 1; Cappuccio e lente), trattandosi di filtraggio di patogeni aerodiffusi, chiediamo conferma che il prodotto offerto debba essere validato per la protezione delle vie respiratorie.

Risposta

Si rinvia a quanto già riscontrato in merito al quesito n. 1 della nota di chiarimento n. 2 di data 31/08/2021, che di seguito, per estratto, si richiama:

Quesito 1

In riferimento alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi di protezione per operatori delle sale operatorie per quanto di nostra conoscenza i caschi chirurgici ortopedici di tutte le aziende e tipologie sono certificati come di DPI di seconda categoria e rispondono alle normative EN13795, EN 166 ed AAMI con campo di utilizzo "protezione da particelle ad alta velocità-basso impatto energetico, protezione contro gli spruzzi di liquido biologico".

Qualsiasi dichiarazione in riferimento alla capacità filtrante superiore o inferiore sarebbe fuorviante salvo che i dispositivi offerti possiedano certificato CE come dispositivi individuali di 3° categoria (protezione respiratoria).

Si richiede quindi che i 5 punti oggetto di valutazione siano assegnati solo qualora i dispositivi del concorrente X siano certificati come sistemi di protezione respiratoria.

Risposta

Il punteggio riferito al criterio A3.3 del lotto 1 verrà attribuito nel caso in cui il prodotto offerto sia certificato come dispositivo di protezione per le vie respiratorie. A tal fine le ditte offerenti devono presentare certificato da parte di organismo notificato per i dispositivi di protezione per le vie respiratorie ai sensi del regolamento UE 2016/425 e la dichiarazione di conformità con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal citato regolamento (ex art. 15 regolamento UE 2016/425).

Quesito 2

Con la presente siamo a chiedere se i fabbisogni annui stimati per la APSS sono da considerarsi corretti quelli riportati nell'allegato7_Capitolato Speciale_ParteTecnica_15_09_2021. In questa ultima rettifica sono stati modificati il nr. di pezzi richiesti per viti di bloccaggio distale e tappi per quanto riguarda il Lotto 2 eviti di bloccaggio,viti condilari + relativi dadi nel Lotto 4.

Risposta

Con la nota di chiarimento n. 7 d.d. 15/09/2021, risposte ai quesiti 1 e 2, si è provveduto alla correzione degli errori materiali riferiti alle quantità annue stimate per i componenti degli impianti tipo dei lotti 2 e 4: tali quantità sono quindi correttamente esposte nel Capitolato speciale – Parte tecnica_15/09/2021.

Si veda a tal proposito anche la nota di chiarimento n. 8 d.d. 16/09/2021 quesito n. 3 che rinvia alla nota del 15/09/2021 dove è stato precisato che *“i fabbisogni e la composizione dell'impianto tipo (impianto standard) per numero dei singoli componenti, indicati in Capitolato speciale – Parte tecnica_15/09/2021, già descritti, non sono stati oggetto di rettifica”*.

Trento, 21/09/2021

Il Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Mirta Parnasso

Il Responsabile dell'Ufficio Gare europee (servizi e forniture): dott. Massimiliano Possamai

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO
dott.ssa Sonia Pinamonti

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).