

**Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari**  
**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario**  
**Ufficio Gare europee (servizi e forniture)**

Responsabile: dott. Massimiliano Possamai

Referente: dott.ssa Mirta Parnasso

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: [spgas-apss@pec.apss.tn.it](mailto:spgas-apss@pec.apss.tn.it)

Cod. 18.2.1.21-2021

Il numero e la data di  
protocollo sono generati  
automaticamente dal sistema  
(DPCM 3.12.2013, art. 20)

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE PER OPERATORI DELLE SALE OPERATORIE E DI CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OSTEOSINTESI OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (LOTTO 1-9) E ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (LOTTO 1) - SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI.

**NOTA DI CHIARIMENTO N. 2**

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

**Quesito 1**

*In riferimento alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi di protezione per operatori delle sale operatorie per quanto di nostra conoscenza i caschi chirurgici ortopedici di tutte le aziende e tipologie sono certificati come di DPI di seconda categoria e rispondono alle normative EN13795, EN 166 ed AAMI con campo di utilizzo "protezione da particelle ad alta velocità-basso impatto energetico, protezione contro gli spruzzi di liquido biologico".*

*Qualsiasi dichiarazione in riferimento alla capacità filtrante superiore o inferiore sarebbe fuorviante salvo che i dispositivi offerti possiedano certificato CE come dispositivi individuali di 3° categoria (protezione respiratoria).*

*Si richiede quindi che i 5 punti oggetto di valutazione siano assegnati solo qualora i dispositivi del concorrente X siano certificati come sistemi di protezione respiratoria.*

**Risposta**

Il punteggio riferito al criterio A3.3 del lotto 1 verrà attribuito nel caso in cui il prodotto offerto sia certificato come dispositivo di protezione per le vie respiratorie. A tal fine le ditte offerenti devono presentare certificato da parte di organismo notificato per i dispositivi di protezione per le vie respiratorie ai sensi del regolamento UE 2016/425 e la dichiarazione di conformità con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal citato regolamento (ex art. 15 regolamento UE 2016/425).

Trento, 31/08/2021

Il Responsabile dell'Ufficio Gare europee (servizi e forniture): dott. Massimiliano Possamai

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO

dott.ssa Sonia Pinamonti

**(documento firmato digitalmente)**

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*