

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE					
CRITERI, SUB CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI			MAX PUNTI 70		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	A) Fornitura di reagenti precaricati			10	
	SUB CRITERI				
A1	Fornitura di reagenti precaricati, pronti all'uso e stabili a temperatura ambiente, senza alcuna necessità di lavorare a temperatura controllata	si/no	10		
	TOTALE PUNTI		10		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	B) Minor tempo di analisi campione			10	
	SUB CRITERI				
B1	Tempo totale di analisi campione (dopo purificazione del DNA): > 4 ore < 4,5 ore = 3 punti > 3 ore ≤ 4 ore = 8 punti ≤ 3 ore = 10 punti	tabellare	10		
	TOTALE PUNTI		10		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	C) Minor tempo di lavoro operatore**			15	
	SUB CRITERI				
C1	Tempo di lavoro operatore (Hands-on time)** (dalla purificazione del DNA al risultato): > 20 minuti ≤ 25 minuti = 5 punti > 10 minuti ≤ 20 minuti = 10 punti ≤ 10 minuti = 15 punti	tabellare	15		
	TOTALE PUNTI		15		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	D) Analisi miste di marcatori di mutazioni somatiche			15	
	SUB CRITERI				
D1	Capacità della piattaforma di eseguire nella stessa run analisi miste di marcatori di mutazioni somatiche con lo stesso profilo termico	si/no	15		

Tabella elementi di valutazione - Fornitura e noleggio piattaforma RealTime PCR per analisi biomolecolare varianti geniche

	TOTALE PUNTI		15		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	E) Kit analisi gene EGFR			5	
	SUB CRITERI				
E1	Fornitura di un unico kit per analizzare sia mutazioni di sensibilità che di resistenza per il gene EGFR	si/no	5		
	TOTALE PUNTI		5		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	F) Kit analisi gene EGFR			5	
	SUB CRITERI				
F1	Fornitura di un unico kit per analisi del gene EGFR validato per l'utilizzo con DNA estratto da derivati del sangue e da tessuto FFPE	si/no	5		
	TOTALE PUNTI		5		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	G) Tempi migliorativi di intervento in loco			10	
	SUB CRITERI				
G1	Intervento in loco in caso di urgenza: > 16 < 22 ore lavorative = 4 punti > 8 ore ≤ 16 ore lavorative = 7 punti ≤ 8 ore lavorative = 10 punti	tabellare	10		
	TOTALE PUNTI		10		
	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE		70		

Soglia idoneità	35 punti
-----------------	----------